



Invacare® Storm®4-serie

Storm⁴, Storm⁴-X-plore

nl Elektrische rolstoel Gebruikershandleiding

Deze handleiding MOET aan de gebruiker van het product worden gegeven.
LEES deze handleiding VOORDAT u dit product gebruikt en bewaar deze voor
toekomstig gebruik.



Yes, you can.®

Inhoud

1 Algemeen	6
1.1 Inleiding	6
1.2 Symbolen in deze handleiding	6
1.3 Naleving	7
1.3.1 Productspecifieke normen	7
1.4 Gebruiksgemak	7
1.5 Garantie-informatie	8
1.6 Levensduur	8
1.7 Aansprakelijkheidsbeperking	8
2 Veiligheid	9
2.1 Algemene veiligheidsvoorschriften	9
2.2 Veiligheidsinformatie over het elektrische systeem	12
2.3 Veiligheidsinformatie over elektromagnetische interferentie	14
2.4 Veiligheidsinformatie over rijden en de vrijloopmodus	15
2.5 Veiligheidsinformatie met betrekking tot verzorging en onderhoud	17
2.6 Veiligheidsinformatie met betrekking tot wijzigingen van en aanpassingen aan de elektrische rolstoel	17
2.7 Veiligheidsinformatie voor Recaro-zitting	19
2.8 Veiligheidsinformatie over elektrische rolstoelen met een zitlift	20
3 Productoverzicht	21
3.1 Beoogd gebruik	21

3.1.1 Productbeschrijving	21
3.1.2 Beoogde gebruiker	21
3.1.3 Indicaties	21
3.2 Typeclassificatie	21
3.3 Voornaamste onderdelen van de rolstoel	21
3.4 Labels op het product	22
3.5 Gebruikersinvoer	26
3.6 De zitlift	26
3.7 Limieten van Rijden en Zitting	27
4 Accessoires/opties	29
4.1 Bekkengordels	29
4.1.1 Typen bekkengordels	29
4.1.2 De bekkengordel passend maken	29
4.2 De bagagedrager aanpassen of verwijderen	30
4.3 De stokhouder gebruiken	30
5 Montage	31
5.1 Algemene informatie over de installatie	31
5.2 Bedieningskast aanpassen	32
5.2.1 Standaard houder van de bedieningskast aanpassen	33
5.2.2 De inklapbare houder van de bedieningskast aanpassen	33
5.2.3 De wegklapbare houder voor de bedieningskast afstellen op de Maxx Resolve	34
5.3 De houder voor de centrale kernstaaf aanpassen	36
5.3.1 De diepte van de houder voor de centrale kernstaaf aanpassen	36

© 2026 Invacare International GmbH

Alle rechten voorbehouden. Het opnieuw publiceren, dupliceren of geheel of deels wijzigen is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Invacare. Handelsmerken zijn te herkennen aan TM en [®]. Alle handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Invacare International GmbH of haar dochterondernemingen, tenzij anders vermeld.

5.3.2	De hoogte van de houder voor de centrale kernstaaf aanpassen	36	5.11.4	De bekleding van de naspanbare rugleuning aanpassen	51
5.3.3	De positie van de bedieningskast/het display aanpassen	37	5.12	De zitting aanpassen	51
5.4	Het wegklapbare mechanisme aanpassen	38	5.13	De zijwaartse rompsteun aanpassen	52
5.5	De wegklapbare displayhouder aanpassen	39	5.14	Heupsteun met snelontgrendeling aanpassen	53
5.6	Handmatige kinbediening aanpassen	39	5.15	Het werkblad aanpassen/verwijderen	55
5.6.1	De joystick voor arm-/beenbesturing aanpassen	40	5.16	Vering en ophanging afstellen	55
5.6.2	De eivormige schakelaar aanpassen	40	5.16.1	De ophanging afstellen (alleen Storm4 X-plore)	56
5.7	Elektrische kinbediening aanpassen	41	5.16.2	Ophanging en schokdemping uitschakelen	56
5.7.1	De joystick voor arm-/beenbesturing aanpassen	41	5.16.3	De schokdemping aanpassen	56
5.7.2	Joysticks en schakelaars aanpassen op het scharnier	42	5.17	Beensteunen met gecentreerde bevestiging — met de hand verstelbaar	57
5.7.3	De hoogte van de scharnierschakelaar aanpassen	43	5.17.1	De hoek van beensteun aanpassen	57
5.8	De hoofdbediening aanpassen	43	5.17.2	De lengte van de beensteun aanpassen	57
5.9	Armsteunen	43	5.17.3	De breedte van het kuitkussen aanpassen	58
5.9.1	De hoogte van de armsteun aanpassen	43	5.17.4	De hoek van voetsteun aanpassen	58
5.9.2	De armsteunbreedte instellen	44	5.18	Centrale beensteunen — elektrisch verstelbaar	58
5.9.3	De armsteundiepte aanpassen	44	5.19	Vari-F beensteun	59
5.9.4	De weerstand van de opklapbare/meebewegende armsteun aanpassen	45	5.19.1	De beensteun naar buiten zwenken en/of verwijderen	59
5.9.5	De hoek van de armpad aanpassen (opklapbare/meebewegende armsteun)	45	5.19.2	De hoek instellen	60
5.9.6	De positie van de armpad aanpassen (opklapbare armsteun)	45	5.19.3	De eindstop van de beensteun instellen	60
5.10	De hoofdsteun aanpassen	46	5.19.4	De lengte van de beensteun aanpassen	62
5.10.1	De Rea hoofd- of neksteun verstellen	46	5.20	Vari-A-beensteunen	62
5.10.2	De wangondersteuning aanpassen	47	5.20.1	De beensteun naar buiten zwenken en/of verwijderen	62
5.10.3	De onderdelen van de Elan-hoofdsteun aanpassen	47	5.20.2	De hoek instellen	62
5.11	De rugleuning aanpassen	48	5.20.3	De eindstop van de beensteun instellen	63
5.11.1	De rughoogte aanpassen	49	5.20.4	De lengte van de beensteun aanpassen	65
5.11.2	De breedte van de rugleuning aanpassen	49	5.20.5	Het kuitkussen aanpassen	65
5.11.3	De rughoek aanpassen	50	5.20.6	Voetsteunen verstellen	66
			5.21	ADM-beensteunen	67
			5.21.1	De beensteun naar buiten zwenken en/of verwijderen	67
			5.21.2	De hoek instellen	67
			5.21.3	De lengte van de beensteun aanpassen	68

5.21.4	Het kuitkussen aanpassen	68	7.2	Accu	83
5.21.5	Voetsteunen verstellen	69	7.2.1	Algemene informatie over opladen	83
5.22	Elektrisch verstelbare beensteunen (ADE-beensteunen)	70	7.2.2	Algemene instructies voor opladen	83
5.22.1	De beensteun naar buiten zwenken en/of verwijderen	70	7.2.3	De accu's opladen	84
5.22.2	De hoek instellen	70	7.2.4	De elektrische rolstoel loskoppelen na het opladen	85
5.22.3	De lengte van de beensteun aanpassen	70	7.2.5	Opslag en onderhoud	85
5.22.4	Het kuitkussen aanpassen	71	7.2.6	Instructies voor het gebruik van de accu's	86
5.22.5	Voetsteunen verstellen	72	7.2.7	Accu's vervoeren	87
5.23	Hoekverstelbare voetensteun	72	7.2.8	Algemene instructies voor het omgaan met accu's	87
6	Gebruik	73	7.2.9	Juiste aanpak voor beschadigde accu's	87
6.1	Rijden	73	8	Transport	88
6.2	Voordat u gaat rijden	73	8.1	Transport — Algemene informatie	88
6.3	Parkeren en stilstaan	73	8.2	Een elektrische rolstoel naar een voertuig overbrengen	89
6.4	In en uit de elektrische rolstoel stappen	73	8.3	Het gebruik van een elektrische rolstoel als voertuigstoel	90
6.4.1	De armsteun verwijderen voor zijdelingse verplaatsing	73	8.3.1	De elektrische rolstoel verankeren in een voertuig	91
6.4.2	De bedieningskast naar de zijkant draaien	74	8.3.2	De gebruiker in de elektrische rolstoel vastzetten	92
6.4.3	De houder voor de centrale kernstaaf opzij klappen	75	8.4	De elektrische rolstoel vervoeren zonder inzittende	94
6.4.4	De wegklapbare displayhouder naar de zijkant klappen	75	9	Onderhoud	95
6.4.5	De heupsteun met snelontgrendeling plaatsen/verwijderen	75	9.1	Inleiding tot onderhoud	95
6.4.6	Informatie over in- en uitstappen	76	9.2	Inspectiecontroles	95
6.5	Obstakels	76	9.2.1	Vóór elk gebruik van de elektrische rolstoel	95
6.5.1	Maximale obstakelhoogte	76	9.2.2	Wekelijks	96
6.5.2	De juiste manier om obstakels te nemen	77	9.2.3	Maandelijks	96
6.6	Hellingen op- en afrijden	78	9.3	Wielen en banden	97
6.7	Gebruik op de openbare weg	78	9.4	Kortstondige opslag	97
6.8	Inklapbare anti-kantelsteunen gebruiken	78	9.5	Langdurige opslag	97
6.9	De elektrische rolstoel in de vrijloopmodus duwen	79	9.6	De kap aan de achterkant openen	98
6.9.1	De motoren ontkoppelen	80	9.7	Koppel de stroommodule los	98
6.10	Het Rugkussen Vervangen	82	9.8	Reiniging en desinfectie	99
7	Bedieningssysteem	83	9.8.1	Algemene veiligheidsinformatie	99
7.1	Beveiliging van bedieningselementen	83	9.8.2	Reinigingsintervallen	99
			9.8.3	Reiniging	100

9.8.4	Instructies voor desinfecteren	100
10	Na gebruik	101
10.1	Geschikt maken voor hergebruik	101
10.2	Afvoeren	101
11	Technische gegevens	102
11.1	Technische specificaties	102
12	Service	109
12.1	Uitgevoerde controles	109

1 Algemeen

1.1 Inleiding

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik van dit product. Lees de gebruikershandleiding aandachtig door en volg de veiligheidsinstructies, zodat u zeker weet dat u het product veilig gebruikt.

Gebruik dit product alleen als u deze handleiding hebt gelezen en begrepen. Ga voor meer informatie over het product en bij vragen over het juiste gebruik en eventuele aanpassing van het product naar een professionele zorgverlener die vertrouwd is met uw medische aandoening.

Omdat dit document betrekking heeft op alle beschikbare modellen (op de datum waarop dit document is gedrukt), zijn mogelijk niet alle delen relevant voor uw product. Indien niet expliciet anders wordt vermeld, verwijst elk hoofdstuk in dit document naar alle modellen van het product.

De modellen en uitvoeringen die in uw land beschikbaar zijn, zijn te vinden in de verkoopdocumenten van het desbetreffende land.

Invacare behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productspecificaties te wijzigen.

Controleer voordat u dit document leest of u de laatste versie hebt. De meest recente versie vindt u als pdf-bestand op de Invacare-website. Eerdere productversies worden mogelijk niet beschreven in de huidige revisie van deze handleiding. Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met Invacare.

Als u de lettergrootte in de gedrukte versie van het document moeilijk kunt lezen, kunt u de pdf-versie downloaden van de website. In de pdf-versie kunt u de letters op het scherm aanpassen tot een grootte die u prettiger vindt.

Neem voor meer informatie over het product, bijvoorbeeld meldingen over productveiligheid en teruggeroepen producten, contact op met uw distributeur namens Invacare. Zie de adressen achter in dit document.

In geval zich een ernstig incident met het product voordoet, dient u de fabrikant en de bevoegde instantie in uw land daarvan op de hoogte te brengen.

1.2 Symbolen in deze handleiding

In deze handleiding worden symbolen en signaalwoorden gebruikt die van toepassing zijn op gevaren of onveilige handelingen die kunnen leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. Dit document is afgedrukt in zwart-wit. Ter informatie: de veiligheidsberichten hebben de volgende kleurcodering volgens ANSI Z535.6: Gevaar (rood), Waarschuwing (oranje), Voorzichtig (geel) en Kennisgeving (blauw). Zie de onderstaande informatie voor de definities van de signaalwoorden.



GEVAAR!

Duidt op een gevaarlijke situatie die zal leiden tot ernstig letsel of overlijden als de situatie niet wordt vermeden.



WAARSCHUWING!

Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot ernstig letsel of overlijden als de situatie niet wordt vermeden.

**VOORZICHTIG!**

Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot licht of klein letsel als de situatie niet wordt vermeden.

**LET OP!**

Duidt op een gevaarlijke situatie die kan leiden tot schade aan eigendommen als de situatie niet wordt vermeden.

**Tips en aanbevelingen**

Nuttige tips, adviezen en informatie voor een efficiënt, probleemloos gebruik.

**Gereedschap**

De vereiste gereedschappen en onderdelen die u nodig hebt voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden.

Overige symbolen**Verantwoordelijke persoon in het VK**

Geeft aan dat een product niet in het Verenigd Koninkrijk is vervaardigd.

1.3 Naleving

Kwaliteit is cruciaal bij onze bedrijfsactiviteiten, waarbij wordt gewerkt binnen de normen van ISO 13485.

Dit product is voorzien van het CE-merkteken conform Verordening 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen, klasse 1.

Dit product is voorzien van het UKCA-merkteken conform Deel II UK MDR 2022 (zoals aangepast) klasse 1.

Wij werken er continu aan om ervoor te zorgen dat het effect van het bedrijf op het milieu, zowel lokaal als internationaal, zo veel mogelijk wordt beperkt.

Wij maken uitsluitend gebruik van materialen en onderdelen die voldoen aan de REACH-richtlijnen.

Wij leven de huidige milieuwetgevingen AEEA en RoHS na.

1.3.1 Productspecifieke normen

Het product is getest en voldoet aan de norm EN 12184 (Elektrisch aangedreven rolstoelen, scooters en hun laders) en alle bijbehorende normen.

Indien het product is uitgerust met een passend verlichtingssysteem, is het geschikt voor gebruik op openbare wegen.

Neem voor meer informatie over de lokale normen en voorschriften contact op met de lokale Invacare-distributeur. Zie de adressen achter in dit document.

1.4 Gebruiksgemak

Gebruik een elektrische rolstoel alleen als die in perfecte staat verkeert. Anders kunt u uzelf en anderen in gevaar brengen.

De volgende lijst is niet volledig. De lijst is alleen bedoeld om enkele situaties te tonen die het gebruiksgemak van de elektrische rolstoel kunnen beïnvloeden.

In sommige situaties moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van uw elektrische rolstoel. In andere situaties kunt u uw elektrische rolstoel gebruiken om naar uw leverancier gaan.

U moet onmiddellijk stoppen met het gebruik van uw elektrische rolstoel als het gebruiksgemak wordt beperkt door:

- onverwacht rijgedrag
- defecte remmen

U moet onmiddellijk contact opnemen met een erkende Invacare-leverancier als het gebruiksgemak van uw elektrische rolstoel wordt beperkt door:

- een niet goed werkend of defect verlichtingssysteem (indien aanwezig)
- reflectoren die eraf vallen
- versleten schroefdraad of onvoldoende bandenspanning
- schade aan de armsteunen (bijvoorbeeld gescheurde stoffering)
- schade aan de beensteunbeugels (bijvoorbeeld ontbrekende of gescheurde hielbanden)
- schade aan de veiligheidsgordel
- schade aan de joystick (de joystick kan niet in de neutrale stand worden gezet)
- kabels die beschadigd, geknikt of bekneld zijn of die zijn losgekomen van de bevestiging
- verschuiving van de elektrische rolstoel tijdens het remmen
- het naar één kant trekken wanneer de elektrische rolstoel rijdt
- ongebruikelijke geluiden

Of als u het gevoel hebt dat er iets mis is met uw elektrische rolstoel.

1.5 Garantie-informatie

Wij bieden voor dit product een fabrieksgarantie in overeenstemming met onze Algemene Voorwaarden in de respectievelijke landen.

Garantieclaims kunnen alleen worden ingediend via de dealer bij wie u het product hebt gekocht.

1.6 Levensduur

De verwachte levensduur van dit product is vijf jaar, mits het strikt overeenkomstig het bedoelde gebruik wordt gebruikt, zoals beschreven in dit document, en als aan alle onderhouds- en servicevereisten wordt voldaan. De verwachte levensduur kan worden verlengd als het product voorzichtig wordt gebruikt en goed wordt onderhouden en als technische en wetenschappelijke ontwikkelingen niet leiden tot technische beperkingen. De levensduur kan ook aanzienlijk afnemen door extreem of onjuist gebruik. De verwachte levensduur voor dit product vormt geen aanvullende garantie.

1.7 Aansprakelijkheidsbeperking

Invacare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door:

- het niet in acht nemen van de gebruikershandleiding
- verkeerd gebruik
- normale slijtage
- verkeerde montage of afstelling door de koper of een derde
- technische aanpassingen
- niet-geautoriseerde aanpassingen, combinaties en/of gebruik van ongeschikte reserve-onderdelen

2 Veiligheid

2.1 Algemene veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING!

Kans op schade en ernstig letsel

Verkeerd gebruik van dit product kan leiden tot schade of lichamelijk letsel.

- Als u de waarschuwingen, voorzichtigheidsmeldingen of instructies niet begrijpt, neem dan contact op met een professionele zorgverlener of leverancier voordat u dit hulpmiddel gebruikt.
- Gebruik dit product of de beschikbare optionele apparatuur alleen als u deze instructies en het eventuele aanvullende instructiemateriaal volledig hebt doorgelezen en begrepen, met inbegrip van de gebruikershandleiding, de servicehandleiding of het instructieblad die bij dit product of de optionele apparatuur worden verstrekt.



GEVAAR!

Risico op overlijden, ernstig letsel of schade

Brandende sigaretten die op een zitsysteem met bekleding vallen, kunnen brand veroorzaken met overlijden, ernstig letsel of schade tot gevolg. Rolstoelgebruikers lopen een groter risico op overlijden of ernstig letsel door deze branden en de bijkomende rook, omdat ze mogelijk niet weg kunnen komen van hun rolstoel.

- Rook NIET tijdens het gebruik van deze elektrische rolstoel



WAARSCHUWING!

Kans op schade en ernstig letsel

Opslag of gebruik van de elektrische rolstoel in de buurt van open vuur of brandbare producten kan ernstig letsel of schade tot gevolg hebben.

- Vermijd opslag of gebruik van de elektrische rolstoel in de buurt van open vuur of brandbare producten.



WAARSCHUWING!

Kans op schade of letsel als de elektrische rolstoel per ongeluk in beweging wordt gebracht

- Schakel de elektrische rolstoel uit voordat u opstapt, afstapt of lastige voorwerpen hanteert.
- Als de aandrijving wordt ontkoppeld, wordt de rem in de aandrijving gedeactiveerd. Daarom wordt aangeraden om de elektrische rolstoel alleen door een begeleider te laten duwen op vlakke ondergronden, nooit op hellingen. Laat uw elektrische rolstoel nooit met ontkoppelde motoren op een helling staan. Koppel de motoren na het handmatig verplaatsen van de elektrische rolstoel altijd direct weer aan. (raadpleeg 6.9.1 De motoren ontkoppelen, pagina 80).



WAARSCHUWING!

Risico op letsel, schade of overlijden

Onjuiste controle of onderhoud kan leiden tot letsel, schade of overlijden als gevolg van het inslikken van of stikken in onderdelen of materialen.

- Houd kinderen, huisdieren of mensen met een fysieke of mentale beperking nauwlettend in de gaten.



WAARSCHUWING!

Risico op overlijden, ernstig letsel of schade

Gevaar voor beknelling en wurging wanneer losse persoonlijke bezittingen (bijv. sieraden, sjaals) gegrepen worden door bewegende of uitstekende delen.

- Zorg ervoor dat losse voorwerpen uit de buurt zijn van bewegende delen van de elektrische rolstoel, zoals wielen of elektrisch aangedreven zittingonderdelen.
- Houd uw handen, kleding en alle andere voorwerpen uit de buurt van wielen of elektrisch aangedreven onderdelen van het zitgedeelte wanneer deze in werking zijn.
- Schakel de elektrische rolstoel onmiddellijk uit om elke beweging te stoppen.



WAARSCHUWING!

Risico op overlijden, ernstig letsel of schade

Een onjuiste geleiding van de kabels kan leiden tot struikelen, verstrikking of beknelling, wat overlijden, ernstig letsel of schade tot gevolg kan hebben.

- Zorg dat alle kabels op de juiste manier zijn geleid en bevestigd.
- Zorg dat er geen lussen overtollige kabel buiten de rolstoel steken.



WAARSCHUWING!

Kans op letsel als u de elektrische rolstoel onder invloed van geneesmiddelen of alcohol gebruikt

- Rijd nooit onder invloed van medicijnen of alcohol in de elektrische rolstoel. Indien nodig moet de elektrische rolstoel worden bediend door een begeleider die hiertoe fysiek en mentaal in staat is.



WAARSCHUWING!

Risico op letsel als de elektrische rolstoel tijdens het rijden wordt uitgeschakeld, bijvoorbeeld door op de aan/uit-knop te drukken of een kabel los te koppelen, doordat de rolstoel abrupt en scherp tot stilstand komt.

- Wanneer u in geval van nood moet remmen, laat u simpelweg de joystick los. Hierdoor komt het mobiliteitshulpmiddel tot stilstand (zie de gebruikershandleiding van de bedieningskast voor meer informatie).



WAARSCHUWING!

Kans op letsel als de elektrische rolstoel met de bestuurder erin naar een ander voertuig wordt getransporteerd

- Het is altijd beter om de elektrische rolstoel naar een ander voertuig te transporteren zonder dat de gebruiker erin zit.
- Zorg ervoor dat wanneer de elektrische rolstoel samen met de gebruiker over een helling moet worden verplaatst, het hellingspercentage niet groter is dan het maximale hellingspercentage van de elektrische rolstoel (zie *11.1 Technische specificaties, pagina 102*).
- Indien de elektrische rolstoel moet worden verplaatst over een helling met een hellingspercentage dat groter is dan het hellingspercentage van de elektrische rolstoel (zie *11.1 Technische specificaties, pagina 102*), moet u een kabeltakel gebruiken. Een begeleider kan dan op een veilige manier toezicht houden op en assisteren bij het verplaatsen.



- Als alternatief kan een platformlift worden gebruikt. Zorg ervoor dat het totale gewicht van de elektrische rolstoel met gebruiker niet hoger is dan het maximaal toegestane gewicht van de platformlift of de kabeltakel die u gebruikt.

**WAARSCHUWING!****Kans op uit de elektrische rolstoel vallen**

- Schuif niet naar voren in de zitting, leun niet naar voren tussen uw knieën en leun niet naar achteren over het bovenste deel van de rugleuning om bijvoorbeeld een voorwerp te pakken.
- Als een bekkengordel is geïnstalleerd, moet deze op de juiste wijze worden afgesteld. U dient deze altijd te dragen wanneer u de elektrische rolstoel gebruikt.
- Als u uit de elektrische rolstoel wilt stappen, plaatst u de rolstoel zo dicht mogelijk bij uw nieuwe zitplaats.

**VOORZICHTIG!****Kans op letsel als de maximaal toegestane belasting wordt overschreden**

- Overschrijd nooit de maximaal toegestane belasting (zie *11.1 Technische specificaties, pagina 102*).
- De elektrische rolstoel is ontworpen voor gebruik door één persoon, van wie het maximale gewicht niet hoger mag zijn dan de maximaal toegestane belasting van de elektrische rolstoel. Vervoer nooit meer dan één persoon met de elektrische rolstoel.

**VOORZICHTIG!****Kans op letsel bij het op onjuiste wijze tillen of laten vallen van zware onderdelen**

- Bij onderhoud, service of het optillen van onderdelen van uw elektrische rolstoel moet u rekening houden met het gewicht van afzonderlijke onderdelen, met name de accu's. Zorg ervoor dat u altijd vanuit de juiste lichaamshouding tilt en om hulp vraagt indien nodig.

**VOORZICHTIG!****Kans op letsel door bewegende onderdelen**

- Voorkom verwondingen door het verplaatsen van onderdelen van de elektrische rolstoel, zoals de wielen of een zitlift (indien aanwezig), vooral als er kinderen in de buurt zijn.

**VOORZICHTIG!****Kans op letsel door hete oppervlakken**

- Stel de elektrische rolstoel niet gedurende langere periodes bloot aan direct zonlicht. Metalen onderdelen en oppervlakken, zoals de zitting en armsteunen, kunnen zeer heet worden.



VOORZICHTIG!

Kans op brand of beschadiging als elektrische apparaten worden aangesloten

- Sluit geen elektrische apparaten aan op uw elektrische rolstoel die niet expliciet voor dit doel zijn gecertificeerd door Invacare. Zorg ervoor dat alle elektrische installaties door uw erkende Invacare-leverancier worden uitgevoerd.

2.2 Veiligheidsinformatie over het elektrische systeem



WAARSCHUWING!

Risico op overlijden, ernstig letsel of schade

Door verkeerd gebruik van de elektrische rolstoel kunnen er rook, vonken of brand ontstaan. Brand kan leiden tot schade, ernstig letsel of overlijden.

- Gebruik de elektrische rolstoel uitsluitend voor het beoogde doel.
- Als er rook, vonken of vlammen uit de elektrische rolstoel komen, moet u het gebruik van de elektrische rolstoel staken en ONMIDDELIJK assistentie vragen.



WAARSCHUWING!

Kans op ernstig letsel of overlijden

Een elektrische schok kan ernstig letsel of overlijden tot gevolg hebben.

- Controleer stekkers en snoeren op snij- en rafelschade, om elektrische schokken te voorkomen. Snoeren met ingesneden of gerafelde draden moeten onmiddellijk worden vervangen.



WAARSCHUWING!

Kans op ernstig letsel of overlijden

Als deze waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan er kortsluiting ontstaan met schade aan het elektrische systeem, ernstig letsel of overlijden tot gevolg.

- De POSITIEVE (+) RODE accukabel MOET worden aangesloten op de POSITIEVE (+) pool/polen van de accu('s).
- De NEGATIEVE (-) ZWARTE accukabel MOET worden aangesloten op de NEGATIEVE (-) pool/polen van de accu('s).
- Zorg dat de accukabels en het gereedschap dat u gebruikt, NOOIT gelijktijdig met BEIDE accupolen in contact komen. Door gelijktijdig contact kan kortsluiting ontstaan, met mogelijk schade of ernstig letsel tot gevolg.
- Breng beschermdoppen aan op de positieve en negatieve accupolen.
- Vervang onmiddellijk kabels waarvan de isolatie van de kabels beschadigd raakt.
- De zekering en de bevestigingsonderdelen mogen niet worden verwijderd van de bevestigingsschroef van de POSITIEVE rode accukabel (+).



WAARSCHUWING!

Kans op schade, ernstig letsel of overlijden

Corrosie van elektrische onderdelen door blootstelling aan water of andere vloeistoffen kan leiden tot schade, ernstig letsel of overlijden.

- Beperk de blootstelling van elektrische onderdelen aan water en/of andere vloeistoffen tot een minimum.
- Elektrische onderdelen die beschadigd zijn door corrosie, moeten onmiddellijk worden vervangen.



- Bij elektrische rolstoelen die regelmatig worden blootgesteld aan water of andere vloeistoffen, kan het nodig zijn de elektrische onderdelen vaker te vervangen.

**WAARSCHUWING!****Brandgevaar**

Ingeschakelde lampen produceren warmte. Wanneer u de lampen met stof bedekt, zoals kleding, bestaat het risico dat deze vlam vatten.

- Dek het verlichtingssysteem NOOIT met stof af.

**WAARSCHUWING!****Risico op overlijden, ernstig letsel of schade bij vervoer van zuurstofsystemen**

Textielproducten en andere materialen die gewoonlijk niet brandbaar zijn, kunnen bij zuurstofrijke lucht snel vlam vatten en intensief branden.

- Controleer de zuurstofslang dagelijks, van de fles tot de afgifteplaats, op lekken en houd hem uit de buurt van elektrische vonken of andere ontstekingsmaterialen.

**WAARSCHUWING!****Risico op letsel of schade als gevolg van kortsluiting**

Zelfs als het systeem is uitgeschakeld, kunnen de connectorpinnen van kabels die op de stroommodule zijn aangesloten, nog onder stroom staan.

- Laat pinnen van kabels die onder stroom staan in de ingang zitten, zet ze vast of dek ze af (met niet-geleidende materialen), zodat ze niet door mensen kunnen worden aangeraakt en geen kortsluiting kunnen veroorzaken door contact met andere materialen.
- Wanneer kabels met pinnen die onder stroom staan moeten worden ontkoppeld, bijvoorbeeld wanneer de buskabel van de bedieningskast om veiligheidsredenen moet worden verwijderd, zorg er dan voor dat u de pinnen vastzet of afdekt (met niet-geleidende materialen).

**LET OP!**

Een fout in het elektrische systeem kan leiden tot een verkeerde werking, zoals aanhoudende verlichting, geen verlichting, of geluid van de magnetische remmen.

- Als er sprake is van een fout, schakelt u de bedieningskast uit en weer in.
- Treedt de fout nog steeds op, dan ontkoppelt of verwijdert u de voedingsbron. Afhankelijk van het model elektrische rolstoel kunt u de accu's verwijderen of van de stroommodule loskoppelen. Als u niet zeker weet welke kabel u moet loskoppelen, neemt u contact op met uw leverancier.
- Neem in ieder geval contact op met uw leverancier.

2.3 Veiligheidsinformatie over elektromagnetische interferentie

Deze elektrische rolstoel is ontworpen om te functioneren zonder significante elektromagnetische storingen in de omgeving te veroorzaken en zonder significante verslechtering van de operationele prestaties in aanwezigheid van elektromagnetische storingen die bij normaal gebruik te verwachten zijn. Deze rolstoel is derhalve getest op basis van de internationale normen voor elektromagnetische interferentie en voldoet aan de EMI-voorschriften.

Het is geschikt voor gebruik in woonomgevingen en in gebouwen die rechtstreeks zijn aangesloten op een laagspanningsnetwerk dat gebouwen voor huishoudelijk gebruik van stroom voorziet. Elektromagnetische velden die worden gegenereerd door bijvoorbeeld radio- of televisiesignalen en mobiele telefoons, kunnen de werking van elektrische rolstoelen echter beïnvloeden.

De elektronica die in onze elektrische rolstoelen is ingebouwd, produceert ook zelf een zwakke elektromagnetische straling, die echter het wettelijk toegestane niveau niet overschrijdt. We verzoeken u daarom de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen:



WAARSCHUWING!

Defecten mogelijk als gevolg van elektromagnetische interferentie

- Maak geen gebruik van draagbare zend- of communicatieapparatuur (zoals radiozenders of mobiele telefoons) wanneer de elektrische rolstoel is ingeschakeld.
- Probeer krachtige zendapparatuur voor radio en televisie niet te dicht te naderen.



- Indien de elektrische rolstoel onbedoeld in beweging komt of de remmen loskomen, schakel de rolstoel dan onmiddellijk uit.
- Het aanbrengen van elektrische accessoires en andere onderdelen of wijzigingen in welke vorm dan ook, kunnen de elektrische rolstoel gevoeliger maken voor elektromagnetische interferentie. Wees u ervan bewust dat u nooit precies kunt weten wat het effect is van dergelijke wijzigingen op de algehele immuniteit van de elektronica.
- Meld alle gevallen van onbedoelde beweging van de elektrische rolstoel of het vrijgeven van de elektrische remmen aan de fabrikant.



LET OP!

- Elektromagnetische interferentie kan leiden tot onbedoelde bewegingen van de elektrische rolstoel.
- Schakel de bedieningskast en, indien mogelijk, elektronische apparatuur in de buurt uit voordat u de rolstoel weer inschakelt.
 - Ga uit de buurt van de bron van elektromagnetische interferentie.

2.4 Veiligheidsinformatie over rijden en de vrijloopmodus



GEVAAR!

Kans op schade, ernstig letsel of overlijden

Een defect aan de joystick kan onbedoelde/grillige bewegingen veroorzaken, met schade, ernstig letsel of overlijden tot gevolg.

- Als er onbedoelde/grillige bewegingen optreden, moet u de elektrische rolstoel onmiddellijk stilzetten en contact opnemen met een gekwalificeerde technicus.



WAARSCHUWING!

Kans op schade en ernstig letsel

Als de gebruiker op een verkeerde manier leunt of buigt, kan de rolstoel voorover kantelen, met mogelijk schade of ernstig letsel tot gevolg.

- Houd uzelf te allen tijde goed in balans, zodat uw rolstoel stabiel blijft en goed functioneert. De elektrische rolstoel is zodanig ontworpen dat deze rechtop en stabiel blijft tijdens uw normale dagelijkse activiteiten, mits u NIET over het zwaartepunt heen gaat.
- Leun NIET verder naar voren uit de elektrische rolstoel dan de lengte van de armsteunen.
- Probeer GEEN objecten te bereiken als u daarvoor naar voren moet schuiven in de zitting. Probeer ook geen objecten op te rapen door tussen uw knieën naar beneden te reiken.



WAARSCHUWING!

Risico op defecten bij ongunstige weersomstandigheden, d.w.z. extreme kou, in een afgelegen gebied

- Als u een gebruiker bent met een zeer beperkte mobiliteit, raden wij u aan bij ongunstige weersomstandigheden nooit zonder een begeleider een rit te maken.



WAARSCHUWING!

Risico op letsel als de elektrische rolstoel voorover kantelt

- Alleen hellingen onder het maximaal toegestane hellingspercentage kunnen met het mobiliteitshulpmiddel worden genomen (raadpleeg *11.1 Technische specificaties, pagina 102*).
- Zet de rugleuning van de zitting of de kantelzitting altijd rechtop voordat u een helling oprijdt. Wij raden u aan de rugleuning van de zitting en de kantelzitting (indien aanwezig) iets naar achteren te zetten voordat u een helling afrijdt.
- Rijd nooit met meer dan 2/3 van de maximumsnelheid bergafwaarts.
- Vermijd plotseling remmen of versnellen op hellingen.
- Rijd indien mogelijk niet op natte, gladde, bevroren of olieachtige oppervlakken (zoals sneeuw, grind, ijs enzovoort) waar de kans bestaat dat u de controle over het voertuig verliest, vooral op een helling. Dit kan ook het geval zijn op geveerde of anderszins behandelde houten oppervlakken. Rijd zeer langzaam en uitermate voorzichtig als u dit soort oppervlakken niet kunt vermijden.



- Probeer nooit over een obstakel te rijden als u een helling op- of afrijdt.
- Probeer nooit een trap op of af te rijden met uw elektrische rolstoel.
- Houd altijd rekening met de maximale obstakelhoogte als u obstakels neemt (raadpleeg 6.5 *Obstakels, pagina 76*).
- Verplaats uw zwaartepunt niet, verander niet plotseling van richting en vermijd abrupte bewegingen met de joystick wanneer de elektrische rolstoel in beweging is.
- Vervoer nooit meer dan één persoon met de elektrische rolstoel.
- De maximaal toegestane algehele belasting en de maximale belasting per as mogen niet worden overschreden (raadpleeg 11.1 *Technische specificaties, pagina 102*).
- De elektrische rolstoel zal remmen of versnellen als u de rijmodus wijzigt terwijl de elektrische rolstoel in beweging is.



WAARSCHUWING!

Kans op letsel als uw voet van de voetsteun glijdt en onder de elektrische rolstoel komt tijdens het rijden

- Zorg ervoor dat uw voeten recht en stevig op de voetplaten zijn geplaatst en dat beide beensteunen goed zijn vastgezet als u gaat rijden met de elektrische rolstoel.



WAARSCHUWING!

Kans op letsel als u tegen een obstakel botst terwijl u door een nauwe doorgang rijdt, zoals een deur of ingang.

- Rijd voorzichtig en in de laagste rijmodus door nauwe doorgangen.



WAARSCHUWING!

Risico op letsel

Als de elektrische rolstoel is uitgerust met beensteunen die omhoog kunnen worden gezet, is er kans op persoonlijk letsel en schade aan de elektrische rolstoel als u de elektrische rolstoel verplaatst met de beensteunen omhoog.

- Tijdens normale ritten moeten de beensteunen altijd omlaag worden gezet, om te voorkomen dat het zwaartepunt van de elektrische rolstoel naar voren wordt verplaatst (geldt met name bij het afrijden van een helling) en de elektrische rolstoel beschadigd raakt.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor kantelen als de antikantelsteunen worden verwijderd, beschadigd zijn of in een andere positie worden gezet dan de fabrieksinstelling

- Antikantelsteunen mogen alleen worden verwijderd om de elektrische rolstoel te demonteren voor vervoer in een voertuig of voor opslag.
- Als de elektrische rolstoel wordt gebruikt, moeten de antikantelsteunen altijd zijn aangebracht.

**WAARSCHUWING!****Risico op kantelen**

Anti-kantelsteunen (stabilisatoren) werken alleen op een stevige ondergrond. Ze zakken weg in een zachte ondergrond (zoals gras, sneeuw, modder) als de elektrische rolstoel hierop steunt. Hierdoor verliezen ze hun functie en valt de elektrische rolstoel om.

- Rijd uitermate voorzichtig op zachte ondergrond, vooral bij ritten bergop- of bergafwaarts. Let tegelijkertijd op de stabiliteit van de elektrische rolstoel.

2.5 Veiligheidsinformatie met betrekking tot verzorging en onderhoud

**WAARSCHUWING!****Kans op schade, ernstig letsel of overlijden**

Een onjuiste reparatie en/of onjuist onderhoud aan deze elektrische rolstoel, uitgevoerd door gebruikers/zorgverleners of ondeskundige technici, kan schade, ernstig letsel of overlijden tot gevolg hebben.

- Probeer GEEN onderhoudswerkzaamheden uit te voeren die niet in deze gebruikershandleiding worden beschreven. Dergelijke reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden MOETEN worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. Neem contact op met een leverancier of een Invacare-technicus.

**VOORZICHTIG!****Kans op ongelukken en garantieverlies bij onvoldoende onderhoud**

- Om veiligheidsredenen en om ongelukken als gevolg van onopgemerkte slijtage te voorkomen, is het belangrijk dat deze elektrische rolstoel eenmaal per jaar in normale werkingsomstandigheden wordt gecontroleerd (zie het inspectieplan in de onderhoudsinstructies).
- In moeilijke werkingsomstandigheden zoals dagelijkse ritten over steile hellingen, of bij gebruik in medische omstandigheden met veel wisselende gebruikers van de elektrische rolstoel, is het raadzaam regelmatig de remmen, accessoires en aandrijving te controleren.
- Als de elektrische rolstoel wordt gebruikt op openbare wegen, is de bestuurder van het voertuig er verantwoordelijk voor dat dit voertuig in een operationeel betrouwbare conditie verkeert. Bij onvoldoende onderhoud aan of verwaarlozing van de elektrische rolstoel geldt een beperking van de aansprakelijkheid van de fabrikant.

2.6 Veiligheidsinformatie met betrekking tot wijzigingen van en aanpassingen aan de elektrische rolstoel

**CE-markering van de elektrische rolstoel**

- De conformiteitscontrole/CE-markering is uitgevoerd volgens de geldende voorschriften en is uitsluitend van toepassing op het volledige product.

- De CE-markering wordt ongeldig wanneer componenten of accessoires/opties worden vervangen of toegevoegd die niet voor dit product zijn goedgekeurd door Invacare.
- In zulke gevallen is het bedrijf dat de componenten of accessoires/opties toevoegt of vervangt verantwoordelijk voor de conformiteitscontrole/CE-markering of voor het registreren van de elektrische rolstoel als speciaal ontwerp en voor de relevante documentatie.



WAARSCHUWING!

Kans op schade en ernstig letsel

Het gebruik van onjuiste of onjuist geplaatste (service)onderdelen kan schade of letsel veroorzaken.

- Vervangende onderdelen **MOETEN** overeenkomen met de originele Invacare-onderdelen.
- Geef altijd het serienummer van de rolstoel op, om er zeker van te zijn dat de juiste vervangende onderdelen worden besteld.



VOORZICHTIG!

Kans op ongevallen en schade aan de elektrische rolstoel als gevolg van niet-goedgekeurde onderdelen en accessoires/opties

Zittingsystemen, aanvullende opties en accessoires/opties die niet door Invacare zijn goedgekeurd voor gebruik in combinatie met deze elektrische rolstoel kunnen van invloed zijn op de stabiliteit tegen kantelen en het risico op kantelen doen toenemen.

- Gebruik alleen zittingsystemen, aanvullende opties en accessoires/opties die door Invacare zijn goedgekeurd voor gebruik in combinatie met deze elektrische rolstoel.



Zittingsystemen die niet door Invacare zijn goedgekeurd voor gebruik in combinatie met deze elektrische rolstoel, voldoen onder bepaalde omstandigheden niet aan de geldende normen en kunnen het risico op brandbaarheid en huidirritatie verhogen.

- Gebruik alleen zittingsystemen die door Invacare zijn goedgekeurd voor gebruik met deze elektrische rolstoel.



VOORZICHTIG!

Kans op ongevallen en schade aan de elektrische rolstoel als gevolg van niet-goedgekeurde onderdelen en accessoires/opties

Elektrische en elektronische onderdelen die niet door Invacare zijn goedgekeurd voor gebruik met deze elektrische rolstoel kunnen tot brandgevaar en elektromagnetische schade leiden.

- Gebruik alleen elektrische en elektronische onderdelen die door Invacare zijn goedgekeurd voor gebruik met deze elektrische rolstoel.

Accu's die niet door Invacare zijn goedgekeurd voor gebruik met deze elektrische rolstoel kunnen chemische brandwonden veroorzaken.

- Gebruik alleen accu's die door Invacare zijn goedgekeurd voor gebruik met deze elektrische rolstoel.



VOORZICHTIG!

Kans op ongevallen en schade aan de elektrische rolstoel als niet-goedgekeurde rugleuningen worden gebruikt!

Door het aanbrengen van een nieuwe rugleuning die niet door Invacare® is goedgekeurd voor gebruik met deze elektrische rolstoel, kan de buis van de rugleuning overbelast worden, waardoor de kans op ongevallen en schade aan de elektrische rolstoel toeneemt.

- Neem contact op met uw gespecialiseerde Invacare-leverancier. Deze kan risicoanalyses, berekeningen en stabiliteitscontroles uitvoeren om u ervan te verzekeren dat de rugleuning veilig kan worden gebruikt.



Belangrijke informatie over onderhoudsgereedschap

Voor het correct uitvoeren van enkele onderhoudswerkzaamheden die in deze handleiding worden beschreven en die zonder problemen door de gebruiker zelf kunnen worden uitgevoerd, is het juiste gereedschap nodig. Als u niet over het juiste gereedschap beschikt, raden wij u aan om het onderhoud niet zelf uit te voeren. In dit geval raden wij u ten eerste aan om contact op te nemen met de werkplaats van een erkende specialist.

2.7 Veiligheidsinformatie voor Recaro-zitting



VOORZICHTIG!

Risico op letsel als de rolstoel voorover kantelt

Het zwaartepunt van een Recaro-zitting ligt hoger dan dat van andere zittingen. Deze zitting is ook zwaarder dan andere zittingsystemen. De rugleuning kan respectievelijk 60° en 90° naar achteren hellen. Er is daarom een verhoogd risico op kantelen.

- Laat de rugleuning nooit meer dan 30° graden naar achteren hellen, en niet meer dan 15° als de rolstoel rijdt.



NOOIT meer dan 30°!!



15° - 30°
Stilstaan!



0° - 15°
Rijden

2.8 Veiligheidsinformatie over elektrische rolstoelen met een zitlift



WAARSCHUWING!

Kans op letsel door bewegende onderdelen

- Laat nooit voorwerpen terechtkomen in de ruimte onder een verhoogde zitlift.
- Zorg ervoor dat uzelf en anderen niet gewond raken door handen, voeten of andere lichaamsdelen onder de verhoogde zitting te plaatsen.
- Als u niet goed onder de zitting kunt kijken, bijvoorbeeld door beperkte bewegingsruimte, draait u de rolstoel één keer om zijn eigen as voordat u de zitting verlaagt. Hierdoor zorgt u ervoor dat niemand zich in de gevarezone bevindt.



VOORZICHTIG!

Gevaar van storing in de zitliftmodule

- Inspecteer de zitliftmodule regelmatig op vreemde voorwerpen of zichtbare schade, en om ervoor te zorgen dat de stekkers allemaal goed zijn aangesloten.
- Inspecteer de zitliftmodule minstens één keer per maand om te zien of de automatische snelheidsbegrenzer werkt, waarmee de snelheid van de rolstoel afneemt wanneer de zitlift omhoog wordt gezet (zie 3.7 *Limieten van Rijden en Zitting, pagina 27*). Informeer uw erkende leverancier onmiddellijk als de zitlift niet goed functioneert.



VOORZICHTIG!

Schade aan de elektrische rolstoel die wordt veroorzaakt door het eenzijdig laden op de zitliftpilaar

- Bij eenzijdig laden is de zitting verhoogd en/of gekanteld. Zet de rugleuning van uw zitting altijd rechtop en de kantelzitting horizontaal voordat u een helling oprijdt. Belast uw verhogingspilaar nooit voortdurend aan eenzijdige belasting. De verhoog- en kantelfunctie van de zitting biedt alleen meer ruststanden.



VOORZICHTIG!

Risico op letsel als de elektrische rolstoel voorover kantelt

- Overschrijd nooit de maximaal toegestane belasting (zie 11.1 *Technische specificaties, pagina 102*).
- Voorkom gevaarlijke situaties als de verhoging omhoog staat, zoals proberen obstakels te nemen zoals stoepen of het op en af rijden van steile hellingen.
- Hang nooit voorover in de zitting als de verhoging omhoog staat.



Belangrijke informatie over snelheidsbegrenzer met verhoogde verhoging.

Als de verhoging tot boven een bepaald punt is verhoogd, verlaagt de elektronica van de aandrijving de snelheid van de rolstoel aanzienlijk. Als snelheidsbegrenzing is ingeschakeld, kan de rijmodus alleen worden gebruikt voor minimale verplaatsingen van de elektrische rolstoel en niet voor normaal rijden. Om normaal te rijden, moet de zitlift worden verlaagd tot de snelheidsbegrenzer weer is uitgeschakeld. Zie 3.7

3 Productoverzicht

3.1 Beoogd gebruik

3.1.1 Productbeschrijving

De Storm⁴ is een elektrische rolstoel met achterwielaandrijving die in verschillende configuraties kan worden geleverd.

De Storm⁴ X-plore is speciaal ontworpen voor gebruik buitenshuis.

3.1.2 Beoogde gebruiker

Deze elektrische rolstoel is ontworpen voor volwassen en jongvolwassenen die slecht ter been zijn, maar die op basis van hun gezichtsvermogen en algehele lichamelijke en geestelijke conditie in staat zijn om een elektrische rolstoel te besturen.

3.1.3 Indicaties

Het gebruik van deze elektrische rolstoel wordt aanbevolen voor de volgende indicaties:

- Onvermogen of een zeer beperkt vermogen om te lopen binnen het kader van de basisbehoefte om zich te kunnen verplaatsen binnen iemands eigen woning.
- De behoefte om de woning te verlaten om even naar buiten te gaan voor frisse lucht of om dicht bij huis de noodzakelijke dagelijkse bezigheden uit te voeren.

Een elektrische rolstoel voor binnen en buiten wordt aanbevolen als het gebruik van handbediende rolstoelen niet langer mogelijk is vanwege de handicap, terwijl een goede bediening van een elektromotorische rolstoel wel nog mogelijk is.

Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

3.2 Typeclassificatie

Deze elektrische rolstoel is conform EN 12184 geclassificeerd als een **mobilitieitsproduct van klasse B** (voor gebruik binnenshuis en buitenshuis). Het is daarom compact en wendbaar genoeg voor gebruik binnenshuis, en tegelijkertijd geschikt voor het nemen van veel obstakels buitenshuis.

3.3 Voornaamste onderdelen van de rolstoel



Ⓐ Hoofdsteun Ⓔ Beensteun







Ⓑ Rugleuning Ⓕ Aandrijfmotor







Ⓒ Armsteun Ⓖ Achterwiel

Ⓓ Bedieningskast Ⓗ Zwenkwiel

















- Ⓘ Ophanging, midden (alleen Storm⁴ X-plore)
- ⓷ Ophanging, achter (beide niet zichtbaar op de afbeelding, alleen instelbaar voor Storm⁴ X-plore)







3.4 Labels op het product






	<p>A</p> 	<p>Als de elektrische rolstoel is uitgerust met een werkblad, is het noodzakelijk dit werkblad te verwijderen en veilig op te bergen als de elektrische rolstoel in een voertuig wordt vervoerd.</p> <p><i>De kleur van de linker en middelste rechthoek en dwarsbalk is rood.</i> <i>De kleur van de rechter rechthoek is groen.</i></p>
	<p>B</p> 	<p>Identificatie van de bevestigingspunten aan de voor- en achterkant: Als het symbool op een felgele sticker staat, is het bevestigingspunt geschikt om de elektrische rolstoel in een voertuig vast te zetten en als voertuigstoel te gebruiken.</p>
	<p>C</p> 	<p>Waarschuwing met betrekking tot het gebruik van de zitlift. Zie hieronder voor meer informatie.</p> <p><i>De kleur van de rechthoeken en diagonale strepen is rood op de productlabels.</i></p>
	<p>D</p> 	<p>Identificatie van de positie van de koppelingshendel voor de duwen rijstand (alleen de rechterkant is zichtbaar in de afbeelding). Zie hieronder voor meer informatie.</p>
	<p>E</p> 	<p>Waarschuwing dat de elektrische rolstoel niet mag worden gebruikt als voertuigstoel. Deze elektrische rolstoel voldoet niet aan de vereisten van ISO 7176-19.</p> <p><i>De kleur van de achtergrond van de symbolen is blauw op de productlabels.</i> <i>De kleur van de cirkel met diagonale streep is rood op de productlabels.</i></p>

	F		<p>Waarschuwing om de kabellus niet als bevestigingspunt te gebruiken</p> <p><i>De kleur van de cirkel met diagonale streep is rood op de productlabels.</i></p>
	G		<p>Identificatielabelsticker op het midden van het chassis, onder de achterkap. Zie hieronder voor meer informatie.</p>
	H		<p>Indicatie van beknellingspunten die kunnen optreden op de elektrische rolstoel.</p> <p><i>De kleur van de achtergrond van de symbolen is geel op de productlabels.</i></p>
	I		<p>Een elektrische rolstoel dat is toegestaan als voertuigstoel heeft een botsproef ondergaan conform ISO 7176-19 voor gebruik in wegvoertuigen en voldoet aan de vereisten voor voorwaarts kijkend transport en frontale botsingen.</p>
	J		<p>Aanduiding dat de rugleuning niet met meer dan 6 kg kan worden belast.</p> <p><i>De kleur van de achtergrond van de symbolen is geel op de productlabels.</i></p>

Verklaring van de symbolen op de labels

	Fabrikant		Unieke hulpmiddelenidentificatie
	Fabricagedatum		Accutype
	Medisch hulpmiddel		Fabrieksinstelling
	Conformiteit met Europese normen		Serienummer
	Conformiteit met Britse normen geëvalueerd		Maximale snelheid
	De QR-code bevat een link naar de gebruikershandleiding		Nominale helling
	Lees de gebruikershandleiding		Leeggewicht
	AEEA-conformiteit		Maximaal gebruikersgewicht

	Leun niet uit de rolstoel als de zitlift in de hoge stand staat.		Rij geen hellingen op of af als de zitlift in de hoge stand staat.
	Zorg ervoor dat er geen lichaamsdelen onder een verhoogde zitting terechtkomen.		Rij nooit met twee personen in de rolstoel.
	Rij nooit over een oneffen ondergrond als de zitlift in de hoge stand staat.		
	Dit symbool geeft de rijstand van de koppelingshendel aan. In deze positie is de koppeling van de motor ingeschakeld en werken de motorremmen. U kunt de elektrische rolstoel besturen. <ul style="list-style-type: none"> Om te kunnen rijden, moet de koppeling van beide motoren zijn ingeschakeld. 		


	<p>Dit symbool geeft de duwstand van de koppelingshendel aan. In deze positie is de motor ontkoppeld en werken de motorremmen niet. De elektrische rolstoel kan worden geduwd door een begeleider en de wielen kunnen vrij ronddraaien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De bedieningskast moet uitgeschakeld zijn. • Zie ook 6.9 <i>De elektrische rolstoel in de vrijloopmodus duwen, pagina 79.</i>
	<p>Dit symbool geeft de UIT-positie van de stroomonderbrekingschakelaar aan. In deze stand is de accubron afgesloten en kan de elektrische rolstoel niet worden gebruikt of opgeladen.</p>
	<p>Dit symbool geeft de AAN-positie van de stroomonderbrekingschakelaar aan. In deze stand is de accubron aangesloten en kan de elektrische rolstoel worden gebruikt of de accu worden opgeladen.</p>
	<p>Dit symbool geeft de stroomonderbreker aan.</p>
	<p>Lees de gebruiksaanwijzing. Dit symbool staat op verschillende labels en standen.</p>

3.5 Gebruikersinvoer

Uw elektrische rolstoel kan worden voorzien van een van de verschillende gebruikersinvoeren. Voor informatie over de verschillende functies en hoe een bepaalde gebruikersinvoer bediend moet worden, raadpleegt u de meegeleverde handleiding van de bedieningskast.

3.6 De zitlift

De elektrische zitlift wordt met de bedieningskast aangestuurd. Raadpleeg de handleiding van de bedieningskast voor meer informatie.

 Informatie over de bediening van de zitlift bij temperaturen lager dan 0 °C:

- Elektrische rolstoelen van Invacare zijn voorzien van veiligheidsmechanismen die overbelasting van de elektronische onderdelen voorkomen. Bij bedrijfstemperaturen onder het vriespunt kan dit met name leiden tot uitschakeling van de actuator van de zitlift na ongeveer 1 seconde accutijd.
- De zitlift kan geleidelijk aan worden verhoogd of verlaagd met behulp van de joystick. In veel gevallen genereert dit genoeg warmte om de actuator normaal te laten werken.



Snelheidsbegrenzer

De snelheidsbegrenzer reageert op verschillende manieren, afhankelijk van de configuratie van de elektrische rolstoel.

- De zitlift is voorzien van sensoren die de snelheid van de elektrische rolstoel verlagen zodra de zitlift tot boven een bepaald punt is verhoogd.
- Of als de snelheidsbegrenzer is ingeschakeld, wordt automatisch een verlaagd rijniveau (gedwongen profiel) ingesteld. Raadpleeg de handleiding van de bedieningskast voor meer informatie.
- Dat gebeurt om de stabiliteit tegen kantelen van de elektrische rolstoel te garanderen en om persoonlijk letsel en schade aan de elektrische rolstoel te voorkomen.
- Om de normale snelheid weer toe te passen, laat u de zitlift zakken tot het geforceerde profiel of de snelheidsbegrenzer wordt uitgeschakeld.
- Als de elektrische rolstoel is voorzien van kinbediening, reageert hij anders op geforceerd profiel. Raadpleeg de handleiding bij de kinbediening voor meer informatie.



VOORZICHTIG!

Risico op kantelen als de sensoren van de snelheidsbegrenzer uitvallen als de zitlift wordt verhoogd

- Als de snelheidsbegrenzer niet werkt als de zitlift is verhoogd, mag u hier niet mee rijden en moet u onmiddellijk contact opnemen met een erkende Invacare-leverancier.

3.7 Limieten van Rijden en Zitting



GEVAAR!

Risico op ernstig letsel of overlijden

De hoek waaronder de limietschakelaars/blokkeringen zijn ingesteld, zijn essentieel voor de veilige werking van het systeem.

- Invacare is niet aansprakelijk voor letsel of schade die is geleden door bepaalde aanpassingen die niet onder de instellingen vallen die door de fabriek worden aangeraden.
- Om de juiste instellingen te kunnen waarborgen, dienen aanpassingen aan blokkeringen en limieten alleen te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Overschrijd nooit de maximale aanbevolen limieten. Blokkeringen en limietschakelaars moeten zodanig worden ingesteld dat ze optimaal tegemoetkomen aan de behoeften van de gebruiker zonder dat dit ten koste gaat van de totale stabiliteit van de rolstoel.
- Test het zittingsysteem na eventuele aanpassingen van de limiet of blokkering altijd over het volledige bewegingsbereik (d.w.z. kantelen, achterover leunen, zitlift) om te controleren of de herziene opstelling goed functioneert en om ervoor te zorgen dat er geen resulterende stabiliteits- of interferentieproblemen optreden.




Aanvullende veiligheidsblokkeringen en limietschakelaars kunnen wellicht vereist zijn voor meer gecompliceerde/gespecialiseerde zittingsystemen. Voor informatie over limieten/blokkeringen die niet in deze handleiding worden genoemd, kunt u contact opnemen met uw leverancier.

Voor Storm⁴ worden beperkingen voor rijden en zitting alleen bijgewerkt in stilstand.

Rijbeperkingen met zitlift

Zittingsystemen zijn geconfigureerd/ geprogrammeerd met een rijvertraging. De rijvertraging zorgt via microschakelaars dat het systeem een beperkte rijnsnelheid gebruikt.

Alle zittingsystemen die kunnen kantelen en hellen zijn uitgerust met een rijblokkering (drive lockout (DLO)) die voorkomt dat de rolstoel kan rijden wanneer het zittingsysteem is gekanteld of geheld voorbij een vooraf vastgelegde veilige totale hoek en/of een vooraf bepaalde hoogte. De totale hoek kan worden gevormd door elke combinatie van zithoek, rughoek en/of hoek van het grondoppervlak.




	Beperking	Reden voor Beperking
Ⓐ	Rijvertraging	Als de tillift omhoog staat <ul style="list-style-type: none"> • >10 mm of als de hoek van de rugleuning <ul style="list-style-type: none"> • 90° – 130°
Ⓑ	Rijblokkering	Als de hoek van de rugleuning is <ul style="list-style-type: none"> • >140° of als de kantelhoek gelijk is aan <ul style="list-style-type: none"> • >115°

Storm4 zonder zitlift

Er zijn geen rijbeperkingen voor Storm4 zonder zitlift.

Zitbeperkingen met zitlift



Beperking	Reden voor Beperking
Tillen beperkt	Als de kantelhoek Ⓐ <ul style="list-style-type: none"> • >115° is of als de hoek van de rugleuning Ⓑ <ul style="list-style-type: none"> • >140°

4 Accessoires/opties

4.1 Bekkengordels

Een bekkengordel is een optioneel product dat 'af-fabriek' kan worden bevestigd aan de elektrische rolstoel of achteraf kan worden aangebracht door uw gespecialiseerde leverancier. Als uw elektrische rolstoel is voorzien van een bekkengordel, zal uw gespecialiseerde leverancier u hebben geïnformeerd over pasvorm en gebruik.

De bekkengordel wordt gebruikt om de gebruiker van de elektrische rolstoel in een optimale zithouding te houden. Correct gebruik van de gordel helpt de gebruiker stevig, gemakkelijk en goed in de elektrische rolstoel te zitten, vooral voor gebruikers met een verstoord evenwichtsgevoel als ze zitten.



We raden het gebruik van de bekkengordel aan zolang de elektrische rolstoel wordt gebruikt.

4.1.1 Typen bekkengordels

Uw elektrische rolstoel kan 'af fabriek' worden uitgerust met de volgende typen bekkengordel. Als uw elektrische rolstoel is uitgerust met een andere bekkengordel dan hieronder vermeld, dient u te controleren of u documentatie van de fabrikant hebt gekregen over de bevestiging en het gebruik ervan.

Riem met metalen gesp, aan beide zijden verstelbaar




De riem kan aan beide zijden worden versteld. Dit betekent dat de sluiting in het midden kan worden geplaatst.

Riem met kunststof gesp, aan beide zijden verstelbaar



De riem kan aan beide zijden worden versteld. Dit betekent dat de sluiting in het midden kan worden geplaatst.

Harnas met metalen gesp, aan beide zijden verstelbaar



Het harnas kan aan beide zijden worden versteld. Hierdoor zit de sluiting altijd in het midden.

4.1.2 De bekkengordel passend maken



De gordel moet strak genoeg zitten om er zeker van te zijn dat u prettig zit en uw lichaam de juiste zithouding heeft.

1. Zorg dat u goed zit: rechtop, helemaal naar achteren in de zitting, uw bekken recht en zo symmetrisch mogelijk, niet naar voren gekanteld, of zijwaarts of aan een kant van de zitting.
2. Plaats de bekkengordel zodanig dat uw heupbotten goed boven de gordel te voelen zijn.
3. Pas de lengte van de bekkengordel aan met behulp van een van de hierboven beschreven hulpmiddelen. De gordel moet zo worden aangepast dat er een vlakke hand tussen de gordel en uw lichaam past.
4. De gesp moet zo centraal mogelijk worden geplaatst. Pas de gordel daarom zoveel mogelijk aan beide kanten aan.

- Controleer uw gordel elke week om er zeker van te zijn dat deze nog steeds in goede staat verkeert, dat hij geen schade of slijtage vertoont en dat hij op de juiste manier aan de elektrische rolstoel vastzit. Als de gordel alleen met een boutverbinding is bevestigd, moet u controleren of de verbinding niet los zit of helemaal is losgeraakt. Raadpleeg voor verdere informatie over onderhoud van de bekkengordels de servicehandleiding van Invacare.

4.2 De bagagedrager aanpassen of verwijderen

! LET OP!

Kans op beschadiging bij botsingen

Enkele onderdelen van de elektrische rolstoel kunnen beschadigen als ze tegen de bagagedrager botsen tijdens het verstellen van de zithoek of de rugleuning.


- Zorg dat de bagagedrager buiten het bereik is wanneer u de instelling van de zithoek of de rugsteun aanpast.

! LET OP!

Kan breken bij te zware belasting

De bagagedrager kan breken als er een te grote kracht op wordt uitgeoefend.

- De maximale belasting van de bagagedrager is 10 kg.



- Open de spanhendels (A) op het frame van de bagagedrager.
- Schuif de bagagedrager naar voren of naar achteren of verwijder deze.
- Sluit de klemsluitingen op het frame van de bagagedrager.

4.3 De stokhouder gebruiken

Indien uw elektrische rolstoel met een stokhouder is uitgevoerd, kan de stokhouder voor het veilig transporteren van een wandelstok of voor- of onderarmkrukken worden gebruikt. De stokhouder bestaat uit een kunststof houder (onder) en een bevestiging met klittenbandsluiting (boven).



VOORZICHTIG!

Risico op letsel

Een wandelstok of krukken die tijdens het transport niet zijn bevestigd (bijvoorbeeld op de schoot van de gebruiker) kunnen lichamelijk letsel veroorzaken bij de gebruiker of bij iemand anders.

- Tijdens het transport moeten wandelstokken of krukken altijd met een stokhouder worden bevestigd.

- Open de klittenbandsluiting bovenaan.
- Zet de onderkant van de wandelstok of de krukken in de houder onderaan.
- De wandelstok of de krukken kunnen aan de bovenkant worden vastgezet met de klittenbandsluiting.

5 Montage

5.1 Algemene informatie over de installatie



WAARSCHUWING!

Risico op overlijden, ernstig letsel of schade

Bij aanhoudend gebruik van een elektrische rolstoel die niet is ingesteld volgens de juiste specificaties, kan de elektrische rolstoel onvoorspelbaar gedrag gaan vertonen, met schade aan de rolstoel of overlijden of ernstig letsel van de gebruiker tot gevolg.

- De elektrische rolstoel mag uitsluitend worden afgesteld door zorgverleners of door personen die volledig vertrouwd zijn met dit proces en de beperkingen/mogelijkheden van de bestuurder.
- Controleer, nadat de elektrische rolstoel is ingesteld/aangepast, of de elektrische rolstoel voldoet aan de specificaties die tijdens de installatieprocedure zijn ingevoerd. Als de elektrische rolstoel niet volgens de specificaties presteert, schakelt u de elektrische rolstoel ONMIDDELLIJK uit en voert u de instelspecificaties van opnieuw in. Neem contact op met Invacare als de elektrische rolstoel daarna nog altijd niet volgens de juiste specificaties werkt.



WAARSCHUWING!

Risico op overlijden, ernstig letsel of schade

Als er onderdelen ontbreken of niet goed zijn bevestigd, kan het mobiliteitshulpmiddel instabiel worden, met mogelijk schade aan eigendom, ernstig persoonlijk letsel of overlijden tot gevolg.

- Controleer na aanpassingen, reparatie of onderhoud en vóór gebruik of alle onderdelen aanwezig zijn en stevig zijn bevestigd.



WAARSCHUWING!

Risico op schade of lichamelijk letsel

Een onjuiste instelling van deze elektrische rolstoel die is uitgevoerd door gebruikers/zorgverleners of ondeskundige technici, kan letsel of schade tot gevolg hebben.

- Probeer deze elektrische rolstoel NIET zelf in te stellen. De eerste instelling van deze elektrische rolstoel MOET worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
- Het mobiliteitshulpmiddel mag alleen door gebruikers worden aangepast als deze daarvoor de juiste aanwijzingen van de zorgverleners hebben gehad.
- Voer de werkzaamheden NIET uit als u niet over de aangegeven gereedschappen beschikt.



VOORZICHTIG!

Risico op schade of lichamelijk letsel

De elektrische rolstoel is uitgerust met een individueel, meervoudig verstelbaar zittingstelsel inclusief verstelbare beensteunen, armsteunen, een hoofdsteun of andere opties die worden gebruikt om de stoel aan te passen aan de fysieke eisen en de conditie van de gebruiker. Door de verschillende combinaties van aanpassingsopties en de bijbehorende instellingen kan er wrijving of kunnen er knelpunten ontstaan tussen de onderdelen van de elektrische rolstoel.

Bij het aanpassen van het zitsysteem en de zitfuncties aan de gebruiker:

- Pas op voor knelpunten bij het afstellen van de onderdelen van de elektrische rolstoel en
- zorg ervoor dat er geen onderdelen van de elektrische rolstoel tegen elkaar aan wrijven.



LET OP!

De elektrische rolstoel wordt individueel geproduceerd en samengesteld volgens de specificaties in de bestelling. De specificaties moeten door een professionele zorgverlener worden opgegeven, overeenkomstig de eisen en gezondheidstoestand van de gebruiker.

- Overleg eventuele plannen om de configuratie van de elektrische rolstoel te wijzigen met een professionele zorgverlener.
- Aanpassingen mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.



De initiële installatie dient altijd te worden uitgevoerd door een zorgverlener. Het mobiliteitshulpmiddel mag alleen door gebruikers worden aangepast als deze daarvoor de juiste aanwijzingen van de zorgverleners hebben gehad.

Elektrische aanpassingsopties



Raadpleeg de gebruikershandleiding van de bedieningskast voor meer informatie over het bedienen van de elektrische aanpassingsopties.

Voetplaten

Alle door Invacare geleverde voetplaten kunnen omhoog worden geklapt.

5.2 Bedieningskast aanpassen



VOORZICHTIG!

Risico dat de bedieningskast naar achteren wordt gedrukt tijdens een ongelukkige botsing tegen een obstakel, zoals een deurpost of tafel, en de joystick tegen de armpad bekneld raakt als de stand van de bedieningskast is verschoven en niet alle schroeven vastzitten


Daardoor zal de elektrische rolstoel ongecontroleerd vooruit rijden en mogelijk letsel veroorzaken bij de gebruiker van de elektrische rolstoel en iedereen die in de weg staat.

- Zorg er bij het verstellen van de stand van de bedieningskast altijd voor dat alle schroeven stevig vastzitten.
- Als dat per ongeluk gebeurt, moet u de stroommodule op de bedieningskast van de elektrische rolstoel direct UITschakelen.

**VOORZICHTIG!****Risico op letsel**

Als iemand bijvoorbeeld tegen de bedieningskast leunt bij het plaatsnemen in en opstaan uit de rolstoel, kan de houder van de bedieningskast breken en de gebruiker kan dan uit de stoel vallen.


- Leun nooit tegen de bedieningskast ter ondersteuning bij, bijvoorbeeld, verplaatsing.

5.2.1 Standaard houder van de bedieningskast aanpassen**De bedieningskast aanpassen aan de armlengte van de gebruiker**

1. Draai vleugelmoer **A** los.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de vleugelmoer vast.

De hoogte van de bedieningskast aanpassen


- Inbussleutel van 3 mm



1. Draai de schroeven **A** los.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de schroeven vast.

5.2.2 De inklapbare houder van de bedieningskast aanpassen**De hoogte van de bedieningskast aanpassen**

- Inbussleutel van 6 mm




1. Draai de schroef **A** los.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de schroef vast.

Bedieningskast verschuiven

De bedieningskast kan 20 mm zijwaarts worden verschoven.



- Inbussleutel van 3 mm




1. Draai de schroeven **A** los.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de schroeven vast.

De positie van de bedieningskast aanpassen



- Inbussleutel van 3 mm




1. Draai de schroeven **A** los.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de schroeven vast.

5.2.3 De wegklapbare houder voor de bedieningskast afstellen op de Maxx Resolve

Diepte bedieningskast aanpassen



- Inbussleutel van 5 mm



1. Draai vleugelschroef **A** los om de diepte van de buis **B** aan te passen.
Draai de schroef vast wanneer de gewenste positie is bereikt.
- en/of
2. Draai vleugelschroef **C** los om de diepte van de buis **D** aan te passen.
Draai de schroef vast wanneer de gewenste positie is bereikt.

De hoogte en de hoek aanpassen

De hoogte/ hoek van de Maxx Resolve houder van bedieningskast wordt aangepast via twee kogelklemmen op het wegklapbare mechanisme. De achterste kogelklem is bevestigd aan de buis van de bedieningskast, op de voorste kogelklem is de bedieningskast gemonteerd. Beide kogelklemassemblages kunnen onafhankelijk worden aangepast om de bedieningskast op de hoogte en/of hoek te positioneren die past bij de behoeften van de gebruiker.



Kogelklemassemblages naar boven gemonteerd




Kogelklemassemblages naar beneden gemonteerd



Bij het aanpassen van de hoek van de assemblages van kogelklemmen opwaarts wordt de body van het wegklapbare mechanisme opwaarts gekanteld. Deze opwaartse hoek betekent dat wanneer de bedieningskast naar buiten klapt (indien gemonteerd op de rechter armsteun) of naar binnen (indien gemonteerd op de linker armsteun), deze naar een lagere positie wegklapt. Het tegenovergestelde effect treedt op wanneer de hoek van de kogelklemassemblage naar beneden wordt aangepast.




- Inbussleutel van 5 mm



Aanpassing van de hoek



Aanpassing van de hoogte




1. Draai schroeven A los in elke kogelklemassemblage.
2. Scharnier/draai de kogelklemassemblages naar de gewenste hoek/hoogte.
3. Draai de schroeven vast wanneer de gewenste positie is bereikt.

Aanpassing van de instelling van de losbrekspanning

De Maxx Resolve Wegklapbare houder van bedieningskast maakt gebruik van een spanningsregelbare riemaandrijving om de "uitbrekkraft" te regelen die nodig is om de bedieningskast opnieuw te positioneren. De spanning kan worden aangepast via het nokwiel in het midden van het wegklapbare mechanisme. Er zijn vier opties voor het instellen van de spanning beschikbaar om rekening te houden met de kracht en mobiliteit van de gebruiker. De losbrekspanning moet worden ingesteld op basis van de behoeften van de gebruiker.



- Inbussleutel van 6 mm



1. Gebruik nokkenwiel A om de losbrekspanning aan te passen aan een van de vier instelmogelijkheden:

B	C	D	E
moeilijk	gemiddeld	gemakkelijk	heel gemakkelijk

5.3 De houder voor de centrale kernstaaf aanpassen



WAARSCHUWING!

Risico op schade of lichamelijk letsel

Losse kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren, wat kan resulteren in letsel of overlijden.

- Verwijder geen kleine onderdelen, behalve als u de pook van de joystick vervangt.
- Laat de verwijderde pook niet onbewaakt achter.
- Houd nauw toezicht op kinderen, huisdieren of mensen met een lichamelijke/ geestelijke beperking.




VOORZICHTIG!

Risico op schade of lichamelijk letsel

Resterende bramen en ontbrekende einddoppen na wijzigingen aan stangen, zoals ingekorte stangen, kunnen leiden tot letsel of beschadiging.

- Verwijder bramen nadat u de te lange stang hebt ingekort.
- Plaats de einddop terug na het verwijderen van de bramen.
- Controleer of de einddop stevig vastzit.

5.3.1 De diepte van de houder voor de centrale kernstaaf aanpassen



1. Draai hendel **A** los.
2. Verplaats de houder voor de centrale kernstaaf naar de gewenste positie.
3. Maak de hendel vast.


5.3.2 De hoogte van de houder voor de centrale kernstaaf aanpassen

U kunt de hoogte van de houder voor de centrale kernstaaf op twee manieren aanpassen:

- Tegelijk met de hoogte van de armsteun aanpassen, raadpleeg de betreffende hoofdstukken voor de armsteun, *5.9.1 De hoogte van de armsteun aanpassen, pagina 43*.
- Pas alleen de hoogte van de houder voor de centrale kernstaaf aan, zie het onderstaande gedeelte.



- Inbussleutel van 5 mm (3/16 inch)




1. Draai de schroef **A** los.
2. Stel de kernstaaf op de gewenste hoogte af.
3. Draai de schroef vast.

5.3.3 De positie van de bedieningskast/het display aanpassen



- Inbussleutel van 4 mm
- Dopsleutel van 8 mm


Bedieningskast kantelen (DLX-REM110, DLX-REM2XX, DLX-REM400)



1. Draai de schroeven Ⓐ los.
2. Positioneer de houder van de bedieningskast.
3. Draai de schroeven vast.

Voorbeeld van aanpassing DLX-REM400. De DLX-REM110, DLX-REM211 en DLX-REM216 worden op dezelfde manier aangepast.


Bedieningskast draaien (DLX-REM110, DLX-REM2XX, DLX-REM400)



1. Draai de schroef Ⓐ los.
2. Draai de bedieningskast in de klem naar de gewenste positie.
3. Draai de schroef vast.


Voorbeeld van aanpassing DLX-REM400. De DLX-REM110, DLX-REM211 en DLX-REM216 worden op dezelfde manier aangepast.

De bedieningskast kantelen (DLX-CR400 en DLX-CR400LF)



1. Draai de schroeven Ⓐ los.
2. Positioneer de bedieningskast op de houder.
3. Draai de schroeven vast.

De bedieningskast draaien (DLX-CR400 en DLX-CR400LF)




1. Draai schroef Ⓐ los (niet weergegeven op de afbeelding).
2. Draai de bedieningskast in de klem naar de gewenste positie.
3. Draai de schroef vast.

DLX-REM500



- Inbussleutel van 5 mm (3/16 inch)




1. Draai de schroef **A** los.
2. Positioneer het display op de houder.
3. Draai de schroef vast.

ASL-onderdelen op het werkblad van de kernstaaf



- Inbussleutel van 5 mm (3/16 inch)




1. Draai de schroef **A** los.
2. Positioneer het werkblad op de houder.
3. Draai de schroef vast.

De afbeelding dient als voorbeeld.

ASL-componenten alleen op de houder voor de centrale kernstaaf



- Inbussleutel van 4 mm (5/32 inch)



1. Draai de schroef **A** los.
2. Positioneer de ASL-component op de houder.
3. Draai de schroef vast.

De afbeelding dient als voorbeeld.

5.4 Het wegklapbare mechanisme aanpassen



WAARSCHUWING!

Risico op schade of lichamelijk letsel

Losse kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren, wat kan resulteren in letsel of overlijden.

- Verwijder geen kleine onderdelen, behalve als u de pook van de joystick vervangt.
- Laat de verwijderde pook niet onbewaakt achter.
- Houd nauw toezicht op kinderen, huisdieren of mensen met een lichamelijke/ geestelijke beperking.



VOORZICHTIG!

Risico op schade of lichamelijk letsel

Resterende bramen en ontbrekende einddoppen na wijzigingen aan stangen, zoals ingekorte stangen, kunnen leiden tot letsel of beschadiging.

- Verwijder bramen nadat u de te lange stang hebt ingekort.
- Plaats de einddop terug na het verwijderen van de bramen.
- Controleer of de einddop stevig vastzit.

Het wegklapbare mechanisme kan voor verschillende opties worden gebruikt, zoals:

- PROTON-zijstukken van hoofdbediening
- Joystick voor arm-/beenbesturing, voor bediening met de kin
- Eivormige schakelaar



- Inbussleutel van 4 mm (5/32 inch)


Diepte aanpassen

1. Draai de schroef Ⓐ los.
2. Stel de stang af op de gewenste diepte.
3. Draai de schroef vast.

De positie aanpassen

Het wegklapbare mechanisme kan 360 graden worden gedraaid.

1. Draai de schroef Ⓐ los.
2. Zet het mechanisme in de gewenste positie.
3. Draai de schroef vast.



5.5 De wegklapbare displayhouder aanpassen



- Inbussleutel van 3 mm


De hoogte van de houder aanpassen

1. Draai de schroeven Ⓐ los.
2. Zet de houder op de gewenste hoogte.
3. Draai de schroeven vast.

De stand van de houder aanpassen

De houder kan 360 graden worden gedraaid.

1. Draai de schroeven Ⓐ los.
2. Pas de stand van de houder aan.
3. Draai de schroeven vast.




De stand van het display aanpassen

Het display kan 360 graden worden gedraaid.



- Dopsleutel van 18 mm



1. Maak klembus Ⓐ los.
2. Pas de stand van het display aan.
3. Draai de klembus vast.

5.6 Handmatige kinbediening aanpassen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of overlijden

Losse kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren, wat kan resulteren in letsel of overlijden.

- Verwijder geen kleine onderdelen, behalve als u de pook van de joystick vervangt.
- Laat de verwijderde pook niet onbewaakt achter.
- Houd nauw toezicht op kinderen, huisdieren of mensen met een lichamelijke/ geestelijke beperking.



VOORZICHTIG!

Risico op schade of lichamelijk letsel


Resterende bramen en ontbrekende einddoppen na wijzigingen aan stangen, zoals ingekorte stangen, kunnen leiden tot letsel of beschadiging.

- Verwijder bramen nadat u de te lange stang hebt ingekort.
- Plaats de einddop terug na het verwijderen van de bramen.
- Controleer of de einddop stevig vastzit.

5.6.1 De joystick voor arm-/beenbesturing aanpassen

De stand van de joystick aanpassen

De joystick kan 360 graden worden gedraaid. Via een sleuf in de zijkant kunt u de joystick in een hoek van 90 graden plaatsen.




1. Draai de handschroef **A** los.
2. Draai het onderste gedeelte van de joystick om de sleuf in positie te brengen.
3. Pas de stand van de joystick aan. Desgewenst kunt u de joystick in een hoek van 90 graden in de sleuf vergrendelen.
4. Draai de handschroef vast.

De positie op de houder aanpassen



- Inbussleutel van 4 mm (5/32 inch)



1. Draai de schroeven **A** los.
2. Plaats de joystick op de houder.
3. Draai de schroeven vast.

De diepte en hoogte aanpassen

Zie 5.4 *Het wegklapbare mechanisme aanpassen, pagina 38.*


5.6.2 De eivormige schakelaar aanpassen

De stand van de schakelaar aanpassen

De eivormige schakelaar kan 360 graden worden gedraaid.



- Dopsleutel van 11 mm (7/16 inch)



1. Draai de moer **A** los.
2. Pas de stand van de eivormige schakelaar aan.
3. Draai de moer vast.

De diepte en hoogte aanpassen

Zie 5.4 *Het wegklapbare mechanisme aanpassen, pagina 38.*

5.7 Elektrische kinbediening aanpassen



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of overlijden

Losse kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren, wat kan resulteren in letsel of overlijden.

- Verwijder geen kleine onderdelen, behalve als u de pook van de joystick vervangt.
- Laat de verwijderde pook niet onbewaakt achter.
- Houd nauw toezicht op kinderen, huisdieren of mensen met een lichamelijke/ geestelijke beperking.



VOORZICHTIG!

Risico op schade of lichamelijk letsel


Resterende bramen en ontbrekende einddoppen na wijzigingen aan stangen, zoals ingekorte stangen, kunnen leiden tot letsel of beschadiging.

- Verwijder bramen nadat u de te lange stang hebt ingekort.
- Plaats de einddop terug na het verwijderen van de bramen.
- Controleer of de einddop stevig vastzit.

5.7.1 De joystick voor arm-/beenbesturing aanpassen

De stand van de joystick aanpassen

De joystick kan 360 graden worden gedraaid. Via een sleuf in de zijkant kunt u de joystick in een hoek van 90 graden plaatsen.




1. Draai de handschroef **A** los.
2. Draai het onderste gedeelte van de joystick om de sleuf in positie te brengen.
3. Pas de stand van de joystick aan. Desgewenst kunt u de joystick in een hoek van 90 graden in de sleuf vergrendelen.
4. Draai de handschroef vast.

De positie op de houder aanpassen



- Inbussleutel van 4 mm (5/32 inch)



1. Draai de schroeven **A** los.
2. Plaats de joystick op de houder.
3. Draai de schroeven vast.

De diepte en hoogte aanpassen

Zie 5.4 *Het wegklapbare mechanisme aanpassen*, pagina 38.

5.7.2 Joysticks en schakelaars aanpassen op het scharnier

Joysticks/schakelaars plaatsen


! LET OP!

Als u de schroeven met een onjuiste momentsleutel aandraait, kunnen deze losraken of beschadigd raken.

- Draai de schroeven aan met een moment van $3 \text{ Nm} \pm 10 \%$.



- Inbussleutel van 4 mm



1. Draai de schroeven **A** los.
2. Schuif de joystick of schakelaar naar de gewenste positie op het scharnier.
3. Draai de schroeven vast.

Piko-schakelaars plaatsen


! LET OP!

Als u de schroeven met een onjuiste momentsleutel aandraait, kunnen deze losraken of beschadigd raken.

- Draai de schroeven aan met een moment van $3 \text{ Nm} \pm 10 \%$.



- Inbussleutel van 4 mm
- Dopsleutel van 11 mm (7/16 inch)




1. Draai de schroef **A** los.
2. Verplaats de houder naar de gewenste positie.
3. Draai indien nodig moer **B** los.
4. Pas de stand van de houder aan.
5. Draai de schroef en de moer vast.

De hoogte en diepte van de het scharnier aanpassen



- Inbussleutel van 3 mm



1. Draai de schroeven **A** (hoogteaanpassing) of **B** (diepteaanpassing) los.
2. Zet het scharnier in de gewenste positie.
3. Draai de schroeven vast.

De stand van het scharnier aanpassen



Dit gedeelte heeft alleen betrekking op uitvoeringen met kogelscharnier.


U kunt ook de positie van de joysticks en bedieningskast aanpassen via kogelgewrichten in het scharnier. De kogelgewrichten zijn vrij beweegbaar en bieden oneindig veel aanpassingsmogelijkheden.

! LET OP!

- Als u de kogelgewrichten met een onjuiste momentsleutel aandraait, kunnen deze losraken of beschadigd raken.
- Draai de kogelgewrichten aan met een moment van 35 Nm.



- Dopsleutel van 19 mm (2x)




1. Maak het kogelgewricht **A** los.
2. Positioneer het scharnier.
3. Zet het kogelgewricht vast.

5.7.3 De hoogte van de scharnierschakelaar aanpassen

! LET OP!

Risico op beschadiging van de klemhendel

- Als u de klemhendel met een onjuist moment aandraait, kan de hendel losraken of beschadigd raken.
- Draai de klemhendel slechts handvast.




1. Maak de klemhendel **A** los.
2. Pas de hoogte van de scharnierschakelaar aan.
3. Zet de klemhendel vast.

5.8 De hoofdbediening aanpassen

De positie van het kussen aanpassen



- Inbussleutel van 4 mm (5/32 inch)



1. Draai de schroef **A** los.
2. Pas de positie van het kussen aan.
3. Draai de schroef vast.


De protonvormige zijstukken aanpassen

Zie 5.4 *Het wegklapbare mechanisme aanpassen*, pagina 38.

5.9 Armsteunen


5.9.1 De hoogte van de armsteun aanpassen

Standaardarmsteun



1. Draai vleugelmoer **A** los.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de vleugelmoer vast.

Opklapbare armsteun




1. Draai duimschroef **A** los.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de duimschroef vast.

Meebewegende armsteun



- Inbussleutel van 5 mm
- Dopsleutel van 13 mm



1. Verwijder schroef **A** en moer **B**.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Plaats de schroef en moer terug en draai ze vast.


5.9.2 De armsteunbreedte instellen



- Inbussleutel van 8 mm



Afhankelijk van de kant is de schroef van voren of van achteren bereikbaar.




1. Draai de schroef **A** los.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de schroef vast.

5.9.3 De armsteundiepte aanpassen



- Inbussleutel van 6 mm




1. Draai de schroeven **A** los.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de schroeven vast.

5.9.4 De weerstand van de opklapbare/meebewegende armsteun aanpassen

De mate van weerstand tijdens het bewegen van de opklapbare en meebewegende armsteunen kan hoger of lager worden ingesteld.



- Inbussleutel van 5 mm





1. Als u wilt dat de armsteun soepeler beweegt, draait u schroef Ⓐ losser.
2. Als u wilt dat de armsteun stroever beweegt, draait u schroef Ⓐ vaster.

5.9.5 De hoek van de armpad aanpassen (opklapbare/meebewegende armsteun)



- Inbussleutel van 5 mm




1. Draai de schroeven Ⓐ los.
 Verwijder de schroeven Ⓐ niet.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de schroeven vast.

5.9.6 De positie van de armpad aanpassen (opklapbare armsteun)



- Inbussleutel van 5 mm



1. Zet het onderdeel in verticale positie.
2. Draai de binnenschroeven Ⓐ los.
3. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
4. Draai de schroeven vast. Zorg dat de gebruikte Nordlock-sluitringen weer worden teruggeplaatst.

5.10 De hoofdsteun aanpassen




VOORZICHTIG!

Kans op letsel tijdens het gebruik van de elektrische rolstoel als voertuigstoel indien een hoofdsteun verkeerd is afgesteld of niet is geïnstalleerd.

Bij een botsing kan dit leiden tot hyperextensie van de nek.

- Er moet een hoofdsteun worden geïnstalleerd. De hoofdsteun die optioneel door Invacare wordt geleverd voor deze elektrische rolstoel is perfect geschikt voor gebruik tijdens transport.
- De hoofdsteun moet worden aangepast aan de oorhoogte van de gebruiker.



- Het kan nodig zijn om de hoes van het rugkussen te verwijderen en aan te passen om bij de bevestigingsgaten van de hoofdsteun op het rugdeel te kunnen komen.
- Als optie is er een vulplaatje verkrijgbaar. Deze kan worden geïnstalleerd tussen de klem en het rugdeel om extra ruimte/speling te creëren bij de Posture Back en de Deep Back.

De klemonderdelen voor de hoofdsteun zijn ontworpen om te worden geïnstalleerd in de bestaande bevestigingsgaten in het rugdeel.


5.10.1 De Rea hoofd- of neksteun verstellen

Alle Rea hoofd- en neksteunen worden op dezelfde manier versteld.

De positie aanpassen




- Inbussleutel van 5 mm



1. Draai de schroeven **A**, **B** of de klemhendel **C** los.
2. Zet de hoofd- of neksteun in de gewenste stand.
3. Draai de schroeven en klemhendel weer vast.
4. Draai de inbusschroef **D** los.
5. Schuif de hoofd- of neksteun naar links of rechts tot de gewenste stand is bereikt.
6. Draai de inbusschroef weer vast.

De hoogte aanpassen



1. Draai de handschroef **A** los.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de handschroef vast.

5.10.2 De wangondersteuning aanpassen



1. Duw de onderdelen naar binnen of trek ze naar buiten in de gewenste positie.

5.10.3 De onderdelen van de Elan-hoofdsteun aanpassen


De onderdelen van de Elan-hoofdsteun zijn uiterst verstelbaar. De onderstaande afbeelding laat zien in welke mate de koppelstukken kunnen worden versteld.


A	Bovenste veelhoekige draaispil <ul style="list-style-type: none"> • 360° draaien • 80° kantelen
B	Bovenste verbinding <ul style="list-style-type: none"> • 180° draaien
C	Middelste verbinding <ul style="list-style-type: none"> • 100° draaien
D	Onderste verbinding <ul style="list-style-type: none"> • 180° draaien
E	Montagegastang <ul style="list-style-type: none"> • 360° draaien in stappen van 90°
F	Onderste veelhoekige draaispil <ul style="list-style-type: none"> • 360° draaien • 50° kantelen

Installatie



- Inbussleutel van 2,5 mm
- Inbussleutel van 4 mm
- Inbussleutel van 5 mm




1. Installeer de hoofdsteunklem met de meegeleverde onderdelen in de aanwezige bevestigingsgaten in rugleuningdeel A.
2. Bevestig het hoofdsteunkussen (niet afgebeeld) op de hoofdsteunstang met behulp van de meegeleverde montageonderdelen.
 -  Het hoofdsteunkussen kan met de scharnierbal aan het uiteinde van de hoofdsteunstang tot de gewenste hoek worden aangepast door de montageonderdelen los of vast te draaien.
3. Maak de onderste D-ring E los van de onderdelen.
4. Schuif de verticale montagegastang B in de klemconstructie en stel het hoofdsteunkussen af op de gewenste hoogte. Draai knop D vast. Voor de juiste instelling dient de hoofdsteun te worden aangepast aan de hoogte van de oren van de gebruiker.
5. Stel D-ring C eventueel bij.
6. Zodra de uiteindelijke hoogtepositie is ingesteld, stelt u D-ring E zo af dat deze gelijk ligt met de onderkant van de klem (om wegglijden te voorkomen).

De diepte en hoek aanpassen

De diepte en hoek van de hoofdsteun kunnen verder worden aangepast via de beweegbare onderdelen.



- Inbussleutel van 4 mm
- Inbussleutel van 5 mm



1. Draai de schroeven en klemhendels van het verstelsysteem met dubbele verbinding A en de schroeven van de bovenste en onderste draaispillen B los.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de schroeven en klemhendels vast.

5.11 De rugleuning aanpassen




VOORZICHTIG!

Het aanpassen van de zithoek of de hoek van de rugleuning verandert de geometrie van de elektrische rolstoel en heeft een directe invloed op de dynamische stabiliteit ervan!

- Voor details over dynamische stabiliteit, het nemen van hellingen en obstakels en de juiste afstelling van de zithoek of hoek van de rugleuning, zie *11.1 Technische specificaties, pagina 102*.


5.11.1 De rughoogte aanpassen


In het volgende gedeelte worden de procedures voor het aanpassen van de hoogte van de rugplaat beschreven.

 De bandrugleuning is alleen beschikbaar in vaste hoogten van 48 en 54 cm.



- Inbussleutel van 5 mm



1. Draai de schroeven **A** en **B** los.
 Verwijder de schroeven **A** en **B** niet.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de schroeven vast.

5.11.2 De breedte van de rugleuning aanpassen


De breedte van de rugplaat kan enigszins worden aangepast door de plaat aan de voorkant te verstellen. Zo kunt u bijvoorbeeld de rugplaat op één lijn brengen met het zitkussen. Grotere aanpassingen moeten aan de achterplaat worden verricht door een onderhoudstechnicus. Dit staat beschreven in de servicehandleiding van deze elektrische rolstoel.




De bandrugleuning is alleen beschikbaar in de twee breedtematen 38-43 cm en 48-53 cm, en moet onder bepaalde omstandigheden voor het aanpassen van de breedte worden vervangen. Raadpleeg voor een beschrijving van deze vervangingsprocedure de servicehandleiding bij deze elektrische rolstoel. U kunt de servicehandleiding bestellen bij Invacare. Er staan echter instructies in voor speciaal opgeleide onderhoudstechnici en beschrijvingen van handelingen die niet zijn bedoeld voor de gebruiker. Let op: als u de breedte van de bandrugleuning aanpast, moet u ook het rugkussen vervangen.



- Inbussleutel van 5 mm



1. Draai schroef **A** los en verwijder deze.
2. Draai de schroeven **B** los.
 Verwijder de schroeven **B** niet.
3. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
4. Plaats schroef **A**.
5. Draai de schroeven vast.

5.11.3 De rughoek aanpassen



VOORZICHTIG!

Elke wijziging in de zithoek of de rughoek leidt tot een verandering in de geometrie en de dynamische stabiliteit van de elektrische rolstoel

- Zie 6.5 *Obstakels, pagina 76* en 6.6 *Hellingen op- en afrijden, pagina 78* voor meer informatie over stabiliteit, het correct overwinnen van obstakels, het rijden op hellingen en de juiste positie van de rugleuning en zithoeken.



VOORZICHTIG!

Kans op uit de rolstoel vallen

Wanneer u de rugleuning verstelt, kan die onverwachts naar achteren schieten en kunt u uit de rolstoel vallen.

- Leun in dat geval niet tegen de rugleuning.




Als de rugleuning is voorzien van knoppen in plaats van inbusschroeven, hebt u geen gereedschap nodig.

In breedte aanpasbare rugleuning



- Inbussleutel van 6 mm




1. Draai de bovenste schroef **A** van de rugleuning aan beide zijden los en verwijder deze.
2. Stel de gewenste rughoek in met stappen van 3,8°. Gebruik hiervoor het meetlint **B** op de rugleuning. Zorg ervoor dat u beide zijden in dezelfde hoek zet.

3. Plaats de schroef en draai die vast.
Duw de schroef in een van de gaten van de rugleuningbeugel. De schroef moet zichtbaar zijn aan de binnenkant van de beugel en de schroefkop moet verzonken zijn in de beugel.

Eenvoudige rugleuning



- Inbussleutel van 6 mm



1. Draai de middelste schroef **A** van de rugleuning los en verwijder de schroef.
2. Stel de gewenste rughoek in met stappen van 7,5°. Zorg ervoor dat u beide zijden in dezelfde hoek zet.
3. Plaats de schroef en draai die vast.

5.11.4 De bekleding van de naspanbare rugleuning aanpassen

1.



Verwijder het rugkussen (zit vast met klittenband) door dit omhoog en van de rugleuning af te trekken, zodat u bij de spanbanden kunt komen.

2.



Pas de spanning van de afzonderlijke banden naar wens aan.

3. Plaats het rugkussen terug.

5.12 De zitting aanpassen

De zitbreedte aanpassen

De telescopische zittingsteun kan in vier fasen worden aangepast. Hierdoor kan de zitbreedte tegelijkertijd met de verstelbare zitplaat of met de verstelbare draagbandzitting worden aangepast.

Hoe de breedte kan worden aangepast, staat beschreven in de servicehandleiding bij deze elektrische rolstoel. U kunt de servicehandleiding bestellen bij Invacare. Er staan echter instructies in voor speciaal opgeleide onderhoudstechnici en beschrijvingen van handelingen die niet zijn bedoeld voor de gebruiker.

De zitdiepte aanpassen




De zitdiepte is van grote invloed op het zwaartepunt van de zitting en beïnvloedt de dynamische stabiliteit ervan. Wanneer u de zitdiepte aanzienlijk wijzigt, moet het zwaartepunt voor de zitting ook worden aangepast. Zie 'Het zwaartepunt van de zitting aanpassen' in de servicehandleiding bij deze elektrische rolstoel. U kunt de servicehandleiding bestellen bij Invacare. Er staan echter instructies in voor speciaal opgeleide technici en beschrijvingen van handelingen die niet zijn bedoeld voor de gebruiker.



U kunt de cijfers op de schaal van de zitting als richtlijn gebruiken. U bent niet verplicht deze afmetingen in centimeters, zoals voor zitdiepte, te gebruiken. Zie de servicehandleiding voor meer informatie over de schaalverdeling en het aanpassen van de zitdiepte.



- Inbussleutel van 6 mm



1. Draai aan beide zijden de onderste schroef (A) van de rugleuning los.
 Verwijder de schroeven (A) niet.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
 U kunt de zitdiepte traploos aanpassen. Gebruik hiervoor de schaal (B) op de zitting als richtlijn. Zorg ervoor dat u beide zijden op dezelfde zitdiepte instelt.
3. Draai de schroeven vast.

De zithoek aanpassen



VOORZICHTIG!

Het aanpassen van de zithoek of de hoek van de rugleuning verandert de geometrie van de elektrische rolstoel en heeft een directe invloed op de dynamische stabiliteit ervan!


- Voor details over dynamische stabiliteit, het nemen van hellingen en obstakels en de juiste afstelling van de zithoek of hoek van de rugleuning, zie 11.1 Technische specificaties, pagina 102.

De zithoek wordt ingesteld met behulp van een spindel vooraan onder het zitframe.

Zorg ervoor dat u bij het verstellen van de zithoek de draadstang niet helemaal uit de spindel draait; laat minstens 1 cm van de stang in de spindel zitten.




U kunt de zithoek het beste instellen als er niemand in de rolstoel zit.



De afbeelding toont de positie van de spindel (A) voor het handmatig instellen van de zithoek.

5.13 De zijwaartse rompsteun aanpassen

De breedte aanpassen




1. Draai de knoppen (A) los.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de knoppen vast.

De hoogte aanpassen



- Inbussleutel van 5 mm




1. Draai de schroeven (A) los.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de schroeven vast.

Diepte aanpassen




- Inbussleutel van 5 mm




1. Draai de schroeven (A) los.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de schroeven vast.

5.14 Heupsteun met snelontgrendeling aanpassen


De positie aanpassen


- 
- Inbussleutel van 5 mm




1. Draai de schroef **A** los. Verwijder deze schroef niet.
2. Zet de heupsteun in de gewenste positie.
3. Draai de schroef vast.


De breedte aanpassen


- 
- 2 inbussleutels van 5 mm



1. Draai de schroeven **A** los.
2. Stel de heupsteun op de gewenste breedte in.
 -  U kunt de heupsteun alleen smaller dan de zitbreedte instellen en niet breder.
3. Draai de schroeven vast.


De hoek aanpassen


- 
- Inbussleutel van 5 mm



1. Draai de schroeven **A** los.
2. Zet de heupsteun in de gewenste hoek.
3. Draai de schroeven vast.

De diepte van het heupkussen aanpassen

- 
- Dopsleutel van 10 mm



1. Maak de twee schroeven **A** los.
2. Stel het heupkussen in op de gewenste diepte.
3. Draai de schroeven vast.

De hoogte van het heupkussen aanpassen


U kunt de hoogte van het heupkussen op twee manieren aanpassen:

- Via de bevestigingsleuven
- Via de beugel.


Via de bevestigingsleuven



- Dopsleutel van 10 mm



1. Maak de twee schroeven **A** los.



2. Verwijder de heupkussenbeugel uit de bevestigingsleuf via de uitsparing **B**.


3. Plaats de heupkussenbeugel in een andere bevestigingsleuf.

4. Draai de schroeven vast.

Via de beugel




- Inbussleutel van 5 mm



1. Verwijder de bovenste schroef en wrijvingsdop **A**.

2. Verwijder de kleine wrijvingsverbinding **B**.



3. Verwijder het heupkussen met de beugel, draai de beugel om en installeer deze opnieuw.

4. Plaats de wrijvingsverbinding en de wrijvingsdop en schroef deze vast.

5.15 Het werkblad aanpassen/verwijderen




WAARSCHUWING!

Risico op schade of lichamelijk letsel


Als de elektrische rolstoel is uitgerust met een werkblad of andere hulpapparatuur kan dit tijdens het overbrengen naar een voertuig losraken en in het geval van een botsing schade of letsel veroorzaken bij gebruikers.

- Indien mogelijk moet andere hulpapparatuur van de elektrische rolstoel worden bevestigd aan de elektrische rolstoel of ervan worden verwijderd en tijdens het reizen in het voertuig worden vastgezet.
- Verwijder, indien aanwezig, altijd het werkblad voordat u de elektrische rolstoel transporteert.



1. Draai vleugelmoer **A** los.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie (of verwijder het helemaal).
3. Draai de vleugelmoer vast.

Het werkblad horizontaal aanpassen



1. Draai vleugelmoer **A** los.
2. Zet het onderdeel in de gewenste positie.
3. Draai de vleugelmoer vast.

Het werkblad naar de zijkant draaien

Het werkblad kan omhoog en zijwaarts weg worden gedraaid zodat de gebruiker in of uit de elektrische rolstoel kan stappen.




VOORZICHTIG!

Gevaar voor lichamelijk letsel! Een werkblad dat omhoog is gebracht, wordt in die positie niet vergrendeld.


- Laat het werkblad niet in de omhoog gekantelde positie staan.
- Probeer nooit om met een omhoog geklapt werkblad te rijden.
- Klap het werkblad altijd op gecontroleerde wijze omlaag.

5.16 Vering en ophanging afstellen

De ophanging en schokdemping van de Storm⁴ kan, rekening houdend met het gewicht van de gebruiker, naar keuze zachter of harder worden ingesteld voor meer comfort en zachtere schokdemping of een stuggere vering en hardere schokdemping. Deze instellingen mogen echter alleen door daarvoor opgeleide vakmensen worden uitgevoerd. Neem contact op met uw erkende Invacare-leverancier.

 De ophanging en schokdemping zijn gemakkelijker aan te passen als er niemand in de stoel zit.

5.16.1 De ophanging afstellen (alleen Storm⁴ X-plore)



De ophanging harder afstellen


1. Draai de verstelbare veerplaat **A** zoals te zien is op de afbeelding, om de ophanging harder af te stellen.

De ophanging zachter afstellen

1. Draai de verstelbare veerplaat **A** zoals te zien is op de afbeelding, om de ophanging zachter af te stellen.

5.16.2 Ophanging en schokdemping uitschakelen

U kunt de ophanging en schokdemping uitschakelen, zodat deze niet meer werken.



De ophanging en schokdemping zijn uitgeschakeld.

5.16.3 De schokdemping aanpassen

Bij de Storm⁴ X-plore kan de schokdemping snel en eenvoudig worden aangepast met behulp van een wiel op de veren:

- Als u de schokdemper harder zet, leidt dit tot directer contact met de grond. Dit is geschikt voor sportief rijden met een chassis dat weinig schommelt.
- Hoe zachter u de schokdemper instelt, hoe zachter het contact met de grond is en hoe comfortabeler u rijdt.




linker



rechter

Af fabriek staat het wiel in de middelste stand. Vanuit deze stand kan de schokdemping telkens in tien stappen harder (+) of zachter (-) worden gezet.

1.




Harder afstellen

Draai het wiel **A** naar het plusteken om de schokdemping harder af te stellen.

10 is het hoogste niveau van schokdemping.

2.



Zachter afstellen

Draai het wiel **A** naar het minteken om de schokdemping zachter af te stellen.


10 is het laagste niveau van schokdemping.

5.17 Beensteunen met gecentreerde bevestiging — met de hand verstelbaar

5.17.1 De hoek van beensteun aanpassen



- Dopsleutel van 10 mm




1. Draai contraoer **A** los.
2. Zet de beensteun in de gewenste positie door aan de spindel **B** te draaien.
3. Draai de contraoer vast.

5.17.2 De lengte van de beensteun aanpassen




- Dopsleutel van 5 mm



1. Draai bevestigingsschroeven **A** los.
2. Schuif de voetensteun naar de gewenste hoogte.
3. Draai de bevestigingsschroeven vast.

5.17.3 De breedte van het kuitkussen aanpassen

Het kuitkussen van de beensteun kan worden gebogen en op deze manier worden aangepast aan de kuitbreedte van de gebruiker.




1. Buig het kuitkussen tot de gewenste breedte.

5.17.4 De hoek van voetsteun aanpassen



- Dopsleutel van 5 mm



1. Klap de voetplaten in om bij de instelschroeven te kunnen.
2. Pas de stelschroeven A aan.
3. Klap de voetplaat weer naar beneden.

5.18 Centrale beensteunen — elektrisch verstelbaar

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw bedieningskast voor informatie over elektrische aanpassingen.

De elektrische beensteun kan volledig omlaag worden gebracht om hulp te bieden bij het verlaten van de rolstoel. U kunt dit doen door de zitvoorziening in de juiste positie te brengen door de verhoging naar beneden te bewegen of door middel van een negatieve zithoek (licht naar voren gekanteld).



LET OP!

Door een verkeerd gebruik kan de beensteun beschadigd raken

- Het is belangrijk dat u de instructies zorgvuldig doorleest en opvolgt.

In/uit de rolstoel gaan




1. Plaats de verhoging en zet deze in de gewenste positie.
2. Plaats uw voeten op de voetplaat en trek aan de hendel A. De voetplaten bewegen soepel naar de vloer.
3. U kunt nu in/uit de rolstoel gaan.

Voetsteunen optillen



1. Plaats uw voeten naast de voetplaten.



2. Trek de hendel **A** omhoog.
De voetplaten bewegen automatisch omhoog.

3. Laat de hendel los en plaats uw voeten op de voetplaten.

De hoek van beensteun aanpassen

! LET OP! Risico op beschadiging van de beensteun

- Zorg ervoor dat de voetplaten zich altijd op het hoogste punt bevinden voordat u de hoek van de beensteun aanpast.
- Als u dit niet doet, kan de beensteun beschadigd raken.




1. U kunt nu de hoek van de beensteun aanpassen.

5.19 Vari-F beensteun

5.19.1 De beensteun naar buiten zwenken en/of verwijderen

De kleine ontgrendelknop bevindt zich op het bovenste gedeelte van de beensteun. Wanneer de beensteun ontgrendeld is, kan deze bij het instappen naar binnen of naar buiten worden gezwenkt, maar ook in zijn geheel worden verwijderd.



1. Druk op de ontgrendelknop **A** en zwenk de beensteun naar buiten.
2. Verwijder de beensteun in opwaartse richting.

5.19.2 De hoek instellen



VOORZICHTIG!


Gevaar voor letsel door onjuiste afstelling van de voetsteunen en beensteunen

- Vóór en tijdens elke rit is het absoluut noodzakelijk ervoor te zorgen dat de voetsteunen noch de zwenkwielen, noch de grond raken.




- Inbussleutel van 6 mm

1. Draai schroef **A** los met behulp van een inbussleutel.



2. Als de beensteun niet kan worden bewogen na het losdraaien van de schroef, plaats dan een metalen pin in het daarvoor bestemde boorgat **B** en gebruik een hamer om hier licht op te kloppen. Het klemmechanisme in de binnenkant van de beensteun wordt hierdoor losgemaakt. Herhaal de procedure indien nodig vanaf de andere kant van de beensteun.



3. Draai schroef **C** los.


4. Stel de gewenste hoek in.

5. Draai de schroef weer vast.


5.19.3 De eindstop van de beensteun instellen



- Inbussleutel van 6 mm
- Dopsleutel van 10 mm




1. De eindpositie van de beensteun wordt door een rubberen stop **A** bepaald.




2. De rubberen stop kan in- of uitgeschroefd worden ② c.q. naar boven of onderen verschoven worden ③.



3. Draai schroef ④ los en zwenk de beensteun naar boven om bij de rubberen stop te kunnen.



4. Draai contraoer ⑤ los.



5. Plaats de rubberen stop in de gewenste positie.

6. Draai de contraoer weer vast.



7. Plaats de beensteun in de gewenste positie.

8. Draai de schroef weer vast.

5.19.4 De lengte van de beensteun aanpassen




VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel door onjuiste afstelling van de voetsteunen en beensteunen

- Vóór en tijdens elke rit is het absoluut noodzakelijk ervoor te zorgen dat de voetsteunen noch de zwenkwielen, noch de grond raken.



- Inbussleutel van 5 mm




1. Draai de schroef (A) los.
2. Stel de gewenste diepte af.
3. Draai de schroef weer vast.

5.20 Vari-A-beensteunen

5.20.1 De beensteun naar buiten zwenken en/of verwijderen

De kleine ontgrendelknop bevindt zich op het bovenste gedeelte van de beensteun. Wanneer de beensteun ontgrendeld is, kan deze bij het instappen naar binnen of naar buiten worden gezwenkt, maar ook in zijn geheel worden verwijderd.



1. Druk op de ontgrendelknop (A) en zwenk de beensteun naar buiten.
2. Verwijder de beensteun in opwaartse richting.


5.20.2 De hoek instellen



VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel door onjuiste afstelling van de voetsteunen en beensteunen

- Vóór en tijdens elke rit is het absoluut noodzakelijk ervoor te zorgen dat de voetsteunen noch de zwenkwielen, noch de grond raken.




1. Trek klemhendel (A) los door deze minstens één slag tegen de klok in te draaien.


5.20.3 De eindstop van de beensteun instellen



- Dopsleutel van 10 mm




2. Druk tegen de hendel om het mechanisme te ontgrendelen.




3. Stel de gewenste hoek in.




4. Draai de hendel met de klok mee om deze weer vast te trekken.



1. De eindpositie van de beensteun wordt door een rubberen stop **A** bepaald.




2. De rubberen stop kan in- of uitgeschroefd worden **B** c.q. naar boven of onderen verschoven worden **C**.




3. Trek de klemhendel **D** los door deze minstens één slag tegen de klok in te draaien.




4. Druk tegen de hendel om het mechanisme te ontgrendelen.



5. Zwenk de beensteun naar boven om bij de rubberen stop te kunnen.




6. Gebruik de dopsleutel om contraoer ⑤ los te draaien.



7. Plaats de rubberen stop in de gewenste positie.

8. Draai de contraoer weer vast.



9. Plaats de beensteun in de gewenste positie.

10. Zet de klemhendel weer vast.

5.20.4 De lengte van de beensteun aanpassen




VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel door onjuiste afstelling van de voetsteunen en beensteunen

- Vóór en tijdens elke rit is het absoluut noodzakelijk ervoor te zorgen dat de voetsteunen noch de zwenkwielen, noch de grond raken.



- Inbussleutel van 5 mm




1. Draai de schroef **A** los.
2. Stel de gewenste diepte af.
3. Draai de schroef weer vast.

5.20.5 Het kuitkussen aanpassen

De hoogte aanpassen



- Inbussleutel van 4 mm




1. Draai de schroeven **A** los.
2. Stel de gewenste positie in.
3. Draai de schroeven weer vast.

Diepte aanpassen

De diepte van het kuitkussen kan worden aangepast via de bevestigingsplaat. De openingscombinaties van de bevestigingsplaten maken 5 verschillende diepte-instellingen mogelijk.



- Dopsleutel van 10 mm



1. Verwijder moer **A**.
2. Stel het blad af op de gewenste diepte. Let erop dat de ronde gaten bedoeld zijn voor de bevestigingsschroef van het kuitkussen en de langwerpige gaten voor de aglet zonder schroefdraad.
3. Schroef de moer er weer op en draai vast.

Ontgrendelen en naar achteren draaien van het kuitkussen



1. Druk het kuitkussen recht naar beneden.



2. Ontgrendel de beensteun en draai deze naar buiten.
Het kuitkussen draait vanzelf naar achteren.




3. Til het been over de hielband en plaats het op de grond.

5.20.6 Voetsteunen verstellen

Hoek verstellen – verstelbare voetsteunen



- Inbussleutel van 5 mm




1. Draai beide stelschroeven op de voetsteun los.
2. Zet de infuushouder in de gewenste hoek.
3. Draai de schroeven weer vast.

In hoek en diepte verstelbare voetsteunen aanpassen



- Inbussleutel van 5 mm




1. Draai de stelschroef op de voetsteun los (A).
2. Stel de voetsteun op de gewenste hoek of diepte af.
3. Draai de schroef weer vast.

5.21 ADM-beensteunen

5.21.1 De beensteun naar buiten zwenken en/of verwijderen

De kleine ontgrendelknop bevindt zich op het bovenste gedeelte van de beensteun. Wanneer de beensteun ontgrendeld is, kan deze bij het instappen naar binnen of naar buiten worden gezwenkt, maar ook in zijn geheel worden verwijderd.



1. Druk op de ontgrendelknop **A** en zwenk de beensteun naar buiten.
2. Verwijder de beensteun in opwaartse richting.

5.21.2 De hoek instellen



VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel door onjuiste afstelling van de voetsteunen en beensteunen

- Vóór en tijdens elke rit is het absoluut noodzakelijk ervoor te zorgen dat de voetsteunen noch de zwenkwielen, noch de grond raken.



VOORZICHTIG!

Kans op bekelling

- Plaats uw hand niet in het draaibereik van de beensteun.

Verhogen



1. Trek de beensteun omhoog totdat de gewenste hoek is bereikt.

Omlaag bewegen



1. Houd de beensteun in het gebied van de voetplaat, trek aan de zijdelingse verstelhendel **A** en laat de beensteun langzaam zakken.

5.21.3 De lengte van de beensteun aanpassen




VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel door onjuiste afstelling van de voetsteunen en beensteunen

- Vóór en tijdens elke rit is het absoluut noodzakelijk ervoor te zorgen dat de voetsteunen noch de zwenkwielen, noch de grond raken.



- Inbussleutel van 5 mm




1. Draai de schroef Ⓐ los.
2. Stel de gewenste diepte af.
3. Draai de schroef weer vast.

5.21.4 Het kuitkussen aanpassen

De hoogte aanpassen



- Inbussleutel van 4 mm




1. Draai de schroeven Ⓐ los.
2. Stel de gewenste positie in.
3. Draai de schroeven weer vast.

Diepte aanpassen

De diepte van het kuitkussen kan worden aangepast via de bevestigingsplaat. De openingscombinaties van de bevestigingsplaten maken 5 verschillende diepte-instellingen mogelijk.



- Dopsleutel van 10 mm



1. Verwijder moer Ⓐ.
2. Stel het blad af op de gewenste diepte. Let erop dat de ronde gaten bedoeld zijn voor de bevestigingsschroef van het kuitkussen en de langwerpige gaten voor de aglet zonder schroefdraad.
3. Schroef de moer er weer op en draai vast.

Ontgrendelen en naar achteren draaien van het kuitkussen



1. Druk het kuitkussen recht naar beneden.



2. Ontgrendel de beensteun en draai deze naar buiten.
Het kuitkussen draait vanzelf naar achteren.




3. Til het been over de hielband en plaats het op de grond.

5.21.5 Voetsteunen verstellen

Hoek verstellen – verstelbare voetsteunen



- Inbussleutel van 5 mm



1. Draai beide stelschroeven op de voetsteun los.
2. Zet de infuushouder in de gewenste hoek.
3. Draai de schroeven weer vast.

In hoek en diepte verstelbare voetsteunen aanpassen



- Inbussleutel van 5 mm




1. Draai de stelschroef op de voetsteun los (A).
2. Stel de voetsteun op de gewenste hoek of diepte af.
3. Draai de schroef weer vast.

5.22 Elektrisch verstelbare beensteunen (ADE-beensteunen)

5.22.1 De beensteun naar buiten zwenken en/of verwijderen

De kleine ontgrendelknop bevindt zich op het bovenste gedeelte van de beensteun. Wanneer de beensteun ontgrendeld is, kan deze bij het instappen naar binnen of naar buiten worden gezwenkt, maar ook in zijn geheel worden verwijderd.



1. Druk op de ontgrendelknop **A** en zwenk de beensteun naar buiten.
2. Verwijder de beensteun in opwaartse richting.

5.22.2 De hoek instellen



VOORZICHTIG! **Kans op beknelling**

- Plaats uw hand niet in het draaibereik van de beensteun.



VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel door onjuiste afstelling van de voetsteunen en beensteunen

- Vóór en tijdens elke rit is het absoluut noodzakelijk ervoor te zorgen dat de voetsteunen noch de zwenkwielen, noch de grond raken.

De elektrische, in hoogte, verstelbare beensteunen worden bediend met gebruik van de bedieningskast. Raadpleeg de afzonderlijke gebruikershandleiding voor uw bedieningskast voor meer informatie.

5.22.3 De lengte van de beensteun aanpassen




VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel door onjuiste afstelling van de voetsteunen en beensteunen

- Vóór en tijdens elke rit is het absoluut noodzakelijk ervoor te zorgen dat de voetsteunen noch de zwenkwielen, noch de grond raken.



- Dopsleutel van 10 mm




1. Draai de schroef **A** los.
2. Stel de gewenste diepte af.
3. Draai de schroef weer vast.

5.22.4 Het kuitkussen aanpassen

De hoogte aanpassen



- Inbussleutel van 4 mm




1. Draai de schroeven Ⓐ los.
2. Stel de gewenste positie in.
3. Draai de schroeven weer vast.

Diepte aanpassen

De diepte van het kuitkussen kan worden aangepast via de bevestigingsplaat. De openingscombinaties van de bevestigingsplaten maken 5 verschillende diepte-instellingen mogelijk.



- Dopsleutel van 10 mm



1. Verwijder moer Ⓐ.
2. Stel het blad af op de gewenste diepte. Let erop dat de ronde gaten bedoeld zijn voor de bevestigingsschroef van het kuitkussen en de langwerpige gaten voor de aglet zonder schroefdraad.
3. Schroef de moer er weer op en draai vast.

Ontgrendelen en naar achteren draaien van het kuitkussen



1. Druk het kuitkussen recht naar beneden.



2. Ontgrendel de beensteun en draai deze naar buiten. Het kuitkussen draait vanzelf naar achteren.




3. Til het been over de hielband en plaats het op de grond.

5.22.5 Voetsteunen verstellen

Hoek verstellen – verstelbare voetsteunen



- Inbussleutel van 5 mm



1. Draai beide stelschroeven op de voetsteun los.
2. Zet de infuushouder in de gewenste hoek.
3. Draai de schroeven weer vast.

In hoek en diepte verstelbare voetsteunen aanpassen



- Inbussleutel van 5 mm




1. Draai de stelschroef op de voetsteun los **A**.
2. Stel de voetsteun op de gewenste hoek of diepte af.
3. Draai de schroef weer vast.

5.23 Hoekverstelbare voetsteun




- T25 Torx-dopsleutel
- Inbussleutel van 5 mm



1. Draai de schroeven **A** los met de Torx-dopsleutel en verwijder ze.

2. Stel de voetsteun in op de gewenste breedte.
3. Draai de bouten weer vast.
4. Lijm de rubberen antislipmat vast op de voetsteun.



5. Draai de vergrendelingsschroef **B** aan beide zijden los met de inbussleutel van 5 mm.

6. Stel de voetsteun af op de gewenste hoek.
7. Draai de bouten weer vast.

6 Gebruik

6.1 Rijden

De maximale laadcapaciteit die bij de technische gegevens wordt genoemd, geeft alleen aan dat het systeem is ontworpen voor in totaal dit gewicht. Dit betekent echter niet dat een persoon met dit lichaamsgewicht zonder beperkingen in de elektrische rolstoel kan zitten.

Er moet gelet worden op de lichaamsverhoudingen zoals lengte, gewichtsverdeling, buikband, been- en kuitband en zitdiepte. Deze factoren hebben een sterke invloed op rijfuncties zoals stabiliteit tegen kantelen en tractie. Met name de toegestane asbelastingen moeten in acht worden genomen (raadpleeg *11.1 Technische specificaties, pagina 102*). Het is misschien noodzakelijk om het zittingsysteem aan te passen.

6.2 Voordat u gaat rijden

Voordat u de **eerste rit** maakt, moet u weten hoe u de elektrische rolstoel en alle bijbehorende elementen moet bedienen. Neem uw tijd om alle functies en rijmodi uit te proberen.

 Als een bekkengordel is geïnstalleerd, moet deze op de juiste wijze worden afgesteld. U dient deze altijd te dragen wanneer u de elektrische rolstoel gebruikt.

Comfortabel zitten = veilig rijden

Zorg **vóór elke rit** dat:

- alle bedieningsconsoles binnen handbereik zijn.
- de accu voldoende is opgeladen voor de afstand die u wilt afleggen;
- de bekkengordel (als deze is geïnstalleerd) perfect in orde is en

- de achteruitkijkspiegel (indien geïnstalleerd) op de juiste wijze is afgesteld, zodat u altijd achteruit kunt kijken zonder voorover te moeten buigen of uw zithouding aan te moeten passen.

6.3 Parkeren en stilstaan

Wanneer u uw elektrische rolstoel parkeert of als uw elektrische rolstoel langere tijd stilstaat:

1. Schakel de stroom naar de elektrische rolstoel uit (AAN/UIT-knop).


6.4 In en uit de elektrische rolstoel stappen

! LET OP!
— De armsteun moet worden verwijderd of naar boven worden gedraaid om vanaf de zijkant in of uit de elektrische rolstoel te stappen.

6.4.1 De armsteun verwijderen voor zijdelingse verplaatsing


Afhankelijk van aan welke kant de bedieningskast is geïnstalleerd, moet u de kabel van de bedieningskast loskoppelen voordat u de armsteun verwijdert.

Standaardarmsteun




1. Trek de stekker **A** van de kabel van de bedieningskast los om de bedieningskast los te koppelen.
2. Verwijder indien nodig de kabel van de bedieningskast van klem **B**.
3. Maak bevestiging **C** los.
4. Verwijder de armsteun uit de houder.

Opklapbare armsteun



1. Klap de armsteun omhoog voor zijdelingse verplaatsing.

Meebewegende armsteun




1. Trek aan knop (A) om de drager van de armsteun (B) los te maken van de lagerplaat (C).
2. Klap de armsteun omhoog voor zijdelingse verplaatsing.

6.4.2 De bedieningskast naar de zijkant draaien

Als uw elektrische rolstoel is voorzien van een draaibare houder voor de bedieningskast, kunt u de bedieningskast wegklappen, bijvoorbeeld om vlak langs een tafel te rijden.

Wegklapbare houder van bedieningskast



1. Duw tegen de bedieningskast om de houder van de bedieningskast naar de zijkant te draaien.

Maxx Resolve wegklapbare houder van bedieningskast



VOORZICHTIG!

Risico op schade of lichamelijk letsel

Het besturen van de elektrische rolstoel en/of het bedienen van de elektrische positioneringsfuncties terwijl de bedieningskast in de wegklapbare positie staat, kan botsingen of onbedoelde bewegingen veroorzaken.

- Let altijd goed op de omgeving wanneer u de elektrische rolstoel bedient om botsingen, schade of onbedoelde bewegingen te voorkomen.
- Zorg er altijd voor dat er voldoende ruimte is tussen het arMLEuningkussen en de joystick wanneer de bedieningskast in de wegklapbare positie staat.




LET OP!

Het uitoefenen van overmatige spanning op de voorkant van de bedieningskast tijdens het bedienen van het wegklapmechanisme kan schade aan de interne riemaandrijving veroorzaken.


- Er moet lichte spanning worden uitgeoefend op het midden van de bedieningskast, dat zich dicht bij het draaipunt van het wegklapmechanisme bevindt. De spanning om het wegklapmechanisme te bedienen kan worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker, zie 5.2.3 *De wegklapbare houder voor de bedieningskast afstellen op de Maxx Resolve, pagina 34.*

! LET OP!

Het gebruik van de joystick om het wegklapmechanisme te bedienen veroorzaakt schade aan de joystick.
 — Gebruik de joystick niet om het wegklapmechanisme te bedienen.




1. Duw midden op de bedieningskast (A) om het wegklapmechanisme te bedienen.
2. Duw naar voren en naar binnen (B), totdat de bedieningskast met een klik in de uitgangspositie vergrendelt.

6.4.3 De houder voor de centrale kernstaaf opzij klappen


1. Druk op knop (A) en klap de kernstaaf omhoog of omlaag.

6.4.4 De wegklapbare displayhouder naar de zijkant klappen

De wegklapbare displayhouder wordt alleen op zijn plek vergrendeld als deze naar de standaardstand wordt geklapt.



1. Druk op knop (A) en klap de displayhouder naar de zijkant.

6.4.5 De heupsteun met snelontgrendeling plaatsen/verwijderen**De heupsteun verwijderen**

1. Trek de hendel (A) omhoog.
2. Verwijder de heupsteun uit de houder.

De heupsteun plaatsen

1. Plaats de heupsteun in de houder.
2. Duw de hendel (A) omlaag. De heupsteun moet met een hoorbare klik vastklikken.

6.4.6 Informatie over in- en uitstappen



WAARSCHUWING!



Kans op schade en ernstig letsel

Een onjuiste overplaatsingstechniek kan ernstig letsel of schade tot gevolg hebben.

- Vraag een gekwalificeerde zorgverlener naar de juiste overplaatsingstechnieken voor de gebruiker en het type rolstoel, voordat u begint met overplaatsen.
- Volg de onderstaande instructies op.



Vraag andere personen om hulp als u niet sterk genoeg bent. Gebruik indien mogelijk een schuifblad.



1. Verklein de ruimte tussen verplaatsingsoppervlak **B** en de zitting van de elektrische rolstoel **C** tot de minimale afstand **A** die nodig is voor het overstappen. Dit moet misschien door een begeleider worden gedaan.
2. Zet de zwenkwielen parallel aan de achterwielen voor een betere stabiliteit tijdens het overstappen.
3. Schakel uw elektrische rolstoel altijd uit.
4. Zet de motorvergrendelingen/-koppelingen en de vrije wielnaven (indien aanwezig) altijd vast, om te voorkomen dat de wielen in beweging komen.

5. Afhankelijk van het type armsteun op de elektrische rolstoel verwijdert u de armsteun of draait u de armsteun omhoog.
6. U kunt nu op of uit uw elektrische rolstoel glijden.

6.5 Obstakels

Deze elektrische rolstoel is uitgerust met "SureStep"-technologie. Wanneer de elektrische rolstoel over obstakels rijdt, worden de zwenkwielen ingetrokken. Daarna zakken de wielen weer naar de normale stand.

6.5.1 Maximale obstakelhoogte

De maximale obstakelhoogte bedraagt:

- Vooruit: 75 mm
- Achteruit: 50 mm

Voor meer informatie raadpleegt u *11.1 Technische specificaties, pagina 102*.



VOORZICHTIG!

Risico op kantelen

- Nader obstakels nooit diagonaal, maar altijd in een rechte hoek zoals hieronder wordt aangegeven.
- Nader obstakels waarachter een helling volgt voorzichtig. Als u niet zeker weet of de helling te steil is, keer dan om en zoek indien mogelijk een andere locatie.
- Nader nooit obstakels wanneer de ondergrond ongelijk en/of los is.
- Rijd nooit met een te lage bandenspanning.
- Zet de rugleuning altijd recht op voordat u een obstakel oprijdt.



VOORZICHTIG!


Risico op uit de elektrische rolstoel vallen en schade aan de elektrische rolstoel, zoals gebroken zwenkwieltjes

- Vermijd obstakels die hoger zijn dan de maximaal hanteerbare hoogte van een obstakel.
- Voorkom dat de voetsteun/beensteun de grond raakt wanneer u een obstakel af rijdt.
- Als u niet zeker weet of u over een obstakel kunt rijden, zoek dan indien mogelijk een andere locatie waar dit wel mogelijk is.

6.5.2 De juiste manier om obstakels te nemen



De volgende instructies voor het nemen van obstakels gelden ook voor begeleiders als de elektrische rolstoel is voorzien van een bedieningskastmodule voor een begeleider.



Juist



Onjuist

Oprijden

1. Nader het obstakel of de stoeprand langzaam, frontaal en in een rechte hoek.
2. Stop in de volgende positie: circa 5 tot 10 cm voor het obstakel.
3. Controleer de positie van de voorwielen. Deze moeten in de rijrichting staan en in een rechte hoek ten opzichte van het obstakel.
4. Nader het obstakel langzaam met een constante snelheid totdat ook de achterwielen het obstakel gepasseerd zijn.


Obstakels oprijden met een stoepklimmer

1. Nader het obstakel of de stoeprand langzaam, frontaal en in een rechte hoek.

2. Stop in de volgende positie: circa 30 tot 50 cm voor het obstakel.
3. Controleer de positie van de voorwielen. Deze moeten in de rijrichting staan en in een rechte hoek ten opzichte van het obstakel.
4. Nader het obstakel nu op volle snelheid, totdat de stoepklimmer contact maakt met het obstakel. Door de vaart worden de beide voorwielen over het obstakel getild.
5. Houd een constante snelheid aan totdat ook de achterwielen het obstakel gepasseerd zijn.

Afrijden

U benadert een obstakel dat u wilt afrijden op dezelfde manier als een obstakel dat u wilt oprijden, behalve dat u niet hoeft te stoppen voordat u een obstakel afrijdt.

1. Rijdt met een matige snelheid het obstakel af.
 -  Wanneer u een obstakel te langzaam afrijdt, bestaat de mogelijkheid dat de anti-kantelsteunen bekneld raken, zodat de achterwielen van de grond worden getild. De elektrische rolstoel kan dan niet verder rijden.

6.6 Hellingen op- en afrijden

Voor informatie over het maximaal toegestane hellingspercentage raadpleegt u *11.1 Technische specificaties, pagina 102*.



VOORZICHTIG!

Risico op kantelen

- Rijd nooit met meer dan 2/3 van de maximumsnelheid bergafwaarts. Voorkom plotselinge richtingveranderingen of abrupt remmen bij het rijden op hellingen.
- Zet de rugleuning van de zitting of de kantelzitting (als verstelbare kantelzitting beschikbaar is) altijd rechtop voordat u een helling oprijdt. Wij raden u aan de rugleuning van de zitting of de kantelzitting iets naar achteren te zetten voordat u een helling afrijdt.
- Zet de zitlift (indien aanwezig) altijd in de laagste stand voordat u een helling op of af gaat.
- Rijd hellingen nooit op of af als deze glad zijn of als er risico op slippen is (zoals op een natte stoep, bij bevroering, enz.)
- Probeer niet uit de elektrische rolstoel te stappen als u zich op een hellend vlak of op een helling bevindt.
- Volg de straat of het pad waarop u rijdt altijd in een rechte lijn in plaats van zigzaggend te rijden.
- Draai nooit om op een hellend vlak of een helling.



VOORZICHTIG!

De remweg is heuvelafwaarts veel langer dan op een gelijkmatig terrein

- Rijd nooit een helling af die de nominale helling overschrijdt (raadpleeg *11.1 Technische specificaties, pagina 102*).

6.7 Gebruik op de openbare weg

Als u de elektrische rolstoel op de openbare weg wilt gebruiken en verlichting wettelijk verplicht is, moet uw elektrische rolstoel worden uitgerust met een passend verlichtingssysteem. Mogelijk zijn extra aanpassingen vereist, afhankelijk van het land.

Neem contact op met uw Invacare-leverancier als u vragen hebt.

6.8 Inklapbare anti-kantelsteunen gebruiken


In een beperkte ruimte, zoals een lift of een auto, is de elektrische rolstoel mogelijk te lang. In zulke situaties kunnen inklapbare anti-kantelsteunen van pas komen. Deze kunnen alleen worden bediend door een begeleider, aangezien deze zich buiten het bereik van de gebruiker bevinden.




VOORZICHTIG!

Als de anti-kantelsteunen niet worden teruggezet in de rijpositie voordat ermee wordt gereden, ontstaat er risico op kantelen

- Plaats de anti-kantelsteunen altijd terug in de rijpositie voordat ermee wordt gereden (zie de onderstaande afbeelding).
- Controleer of de vergrendelingspin vastklikt.



Rijpositie



Parkeerpositie

De anti-kantelsteun neerklappen:

1. Trek de vergrendelingspin **A** naar buiten om de anti-kantelsteun te ontgrendelen.
2. Klap de anti-kantelsteun naar beneden.
De elektrische rolstoel is nu korter.

De anti-kantelsteun inklappen:

1. Klap de anti-kantelsteun omhoog totdat de vergrendelingspin hoorbaar vastklikt.
De anti-kantelsteun werkt nu weer.

6.9 De elektrische rolstoel in de vrijloopusmodus duwen

De motoren van de elektrische rolstoel zijn uitgerust met een automatisch remsysteem waarmee kan worden voorkomen dat de elektrische rolstoel oncontroleerbaar begint te rijden terwijl de bedieningskast is uitgeschakeld. Om de elektrische rolstoel in de vrijloopusmodus met de hand te duwen, moeten de magnetische remmen worden ontkoppeld.



De elektrische rolstoel met de hand duwen kan meer fysieke kracht vereisen dan verwacht (meer dan 100 N). De benodigde kracht voldoet echter aan de vereisten van ISO 7176-14.



Het beoogde gebruik van de vrijloopusmodus is om de elektrische rolstoel op korte afstanden voort te bewegen. De duwhandgrepen of duwstangen ondersteunen deze functie, maar wees erop bedacht dat er beperkingen kunnen zijn tussen de voeten van de begeleider en het achterste deel van de elektrische rolstoel.

6.9.1 De motoren ontkoppelen



VOORZICHTIG!

Kans op letsel door hete motoroppervlakken

- Raak de motoroppervlakken niet aan tijdens het koppelen en ontkoppelen.



VOORZICHTIG!

Kans op weggrollen van de elektrische rolstoel

- Als de motoren zijn ontkoppeld (voor duwen in vrijloop), zijn de elektromagnetische motorremmen uitgeschakeld. Als de elektrische rolstoel is geparkeerd, moeten de hendels voor het in- en uitschakelen van de motoren goed in de positie "DRIVE" worden vergrendeld (elektromagnetische motorremmen ingeschakeld).



De motoren mogen alleen door een begeleider worden ontkoppeld, niet door de gebruiker. Dit zorgt ervoor dat de motoren alleen kunnen worden ontkoppeld als er een begeleider aanwezig is om de rolstoel te vergrendelen om onbedoeld weggrollen te vermijden.

Op elke motor bevindt zich een koppelingsdraaiknop voor het ontkoppelen van de motoren.





De motor uitschakelen (12 km/u-motor):

1. Schakel de bedieningskast uit.
2. Draai de inschakelingsdraaiknop (A) met de klok mee.
De motor is ontkoppeld.




De motor inschakelen (12 km/u-motor):

1. Draai de inschakelingsdraaiknop (A) tegen de klok in.
De motor is gekoppeld.
 Voordat u gaat rijden moet de koppeling van beide motoren zijn ingeschakeld.

6 of 10 km/u-motor:**De rechter motor ontkoppelen (gezien vanaf de gebruiker)**

1. Schakel de bedieningskast uit.
2. Draai de koppelingsdraaiknop van de rechter motor ① met de klok mee ②. De motor is ontkoppeld.
3. Draai de koppelingsdraaiknop van de rechter motor ① tegen de klok in ③. De motor is gekoppeld.


De linker motor ontkoppelen (gezien vanaf de gebruiker)

1. Schakel de bedieningskast uit.
2. Draai de koppelingsdraaiknop van de linker motor ④ tegen de klok in ③. De motor is ontkoppeld.
3. Draai de koppelingsdraaiknop van de linker motor ④ met de klok mee ②. De motor is gekoppeld.



6.10 Het Rugkussen Vervangen

alleen voor Matrix Elite rugleuningen

Het Rugkussen Verwijderen




1. Maak de klittenbandstrip bij de onderste rugleuning los.



2. Til het kussen omhoog.

3. Maak de klittenbandstrip bij de handgreep van de rugleuning los.

Het Rugleuningkussen Installeren



1. Bevestig de klittenbandstrip aan de onderste rugleuning.



2. Vouw het kussen naar boven.



3. Bevestig de klittenbandstrip aan de handgreep van de rugleuning.

7 Bedieningssysteem

7.1 Beveiliging van bedieningselementen

Het bedieningssysteem van de rolstoel is voorzien van een overbelastingsbeveiliging.

Als de aandrijving ernstig wordt overbelast gedurende een langere periode (bijvoorbeeld als u een steile helling oprijdt), en vooral bij een hoge omgevingstemperatuur, kan het bedieningssysteem oververhit raken. In dat geval nemen de prestaties van de rolstoel geleidelijk af totdat deze volledig stil komt te staan. De status geeft de bijbehorende foutcode weer (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw bedieningskast). Door de stroomvoorziening uit en weer aan te zetten, wordt de foutcode gewist en wordt het bedieningssysteem weer ingeschakeld. Het kan echter maximaal vijf minuten duren voordat het bedieningssysteem voldoende is afgekoeld om de rolstoel weer optimaal te laten werken.

Als de aandrijving wordt opgehouden door een onoverkomelijk obstakel, bijvoorbeeld, een stoep of iets vergelijkbaars die te hoog is, en de gebruiker probeert langer dan 20 seconden dit obstakel op te rijden, wordt het bedieningssysteem automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat de motor beschadigd raakt. De status geeft de bijbehorende foutcode weer (raadpleeg de gebruikershandleiding van uw bedieningskast). Door de rolstoel uit en weer aan te zetten, wordt de foutcode gewist en wordt het bedieningssysteem weer ingeschakeld.



Een defecte hoofdzekering mag alleen worden vervangen na controle van het gehele bedieningssysteem. De vervanging moet worden uitgevoerd door een gespecialiseerde Invacare-leverancier. Ga voor informatie over het zekeringstype naar *11.1 Technische specificaties, pagina 102*.

7.2 Accu

De stroom wordt geleverd door twee 12 V-accu's. De accu's hoeven niet te worden onderhouden en moeten alleen regelmatig worden opgeladen.

De volgende tekst bevat informatie over het opladen, behandelen, transporteren, opslaan, onderhouden en het gebruik van accu's.

7.2.1 Algemene informatie over opladen

Laad nieuwe accu's altijd één keer volledig op voordat u ze voor het eerst gebruikt. Nieuwe accu's bereiken hun volledige capaciteit na circa 10-20 oplaadcycli (inlooperperiode). Het in acht nemen van deze inlooperperiode is nodig om de accu volledig te activeren voor een maximaal prestatieniveau en een maximale gebruiksduur. Zo kan het voorkomen dat het bereik en de levensduur van uw elektrische rolstoel aanvankelijk toenemen naarmate u hem vaker gebruikt.

Gel- of AGM-accu's met loodzuur hebben geen geheugeneffect zoals NiCd-accu's.

7.2.2 Algemene instructies voor opladen

Volg de onderstaande instructies voor een veilig en langdurig gebruik van de accu's:

- Begin 18 uur voor het eerste gebruik met opladen.
- We raden u aan de accu's elke dag na gebruik op te laden, zelfs als ze niet helemaal ontladen zijn. Ook raden we u aan de accu's iedere nacht de gehele nacht op te laden. Afhankelijk van de resterende acculading kan het maximaal 12 uur duren voordat de accu's weer volledig zijn opgeladen.

- Als het indicatie-led-lampje voor de accu in het rode bereik terecht is gekomen, dient u de accu's gedurende minimaal 16 uur op te laden, ongeacht of op het display wordt aangegeven dat de accu's volledig zijn opgeladen!
- Probeer om één keer per week de accu gedurende een periode van 24 uur op te laden, zodat u zeker weet dat beide accu's volledig zijn opgeladen.
- Gebruik de accu's niet steeds opnieuw als ze nog niet volledig opgeladen zijn, zonder dat u ze regelmatig volledig oplaadt.
- Laad de accu's niet op bij extreme temperaturen. Het wordt niet aangeraden op te laden bij temperaturen boven 30 °C of temperaturen onder 10 °C.
- Gebruik alleen oplaadapparaten van klasse 2. Deze klasse laders mag tijdens het opladen onbeheerd worden achtergelaten. Alle laders die door Invacare worden geleverd, voldoen aan deze vereisten.
- De accu's kunnen niet worden overladen als u gebruikmaakt van de lader die bij de elektrische rolstoel wordt geleverd of een lader die is goedgekeurd door Invacare.
- Houd uw lader uit de buurt van warmtebronnen zoals kachels en direct zonlicht. Als de acculader oververhit raakt, neemt de laadstroom af en duurt het langer voordat de accu volledig is opgeladen.

7.2.3 De accu's opladen

Raadpleeg de gebruikershandleidingen van uw bedieningskast en acculader voor de positie van de oplaadbus en verdere informatie over het opladen van de accu's.



WAARSCHUWING!

Kans op lichamelijk letsel als de elektrische rolstoel tijdens het opladen van de accu wordt gebruikt

- Laad de accu's NIET opnieuw op tijdens het gebruik van uw elektrische rolstoel.
- Ga NIET in het elektrische rolstoel zitten tijdens het opladen van de accu's.



WAARSCHUWING!

Brandgevaar

- Laad de accu's van de elektrische rolstoel alleen op in een goed geventileerde omgeving om de ophoping van brandbaar gas te voorkomen.
- Tijdens het opladen van de accu's ontstaan explosieve gassen. Houd de elektrische rolstoel en de oplader uit de buurt van ontstekingsbronnen zoals vlammen en vonken.



WAARSCHUWING!

Kans op explosie en onherstelbare schade aan de accu's wanneer een onjuiste acculader wordt gebruikt

- Gebruik alleen de acculader die bij de elektrische rolstoel is geleverd of een acculader die is goedgekeurd door Invacare.

**WAARSCHUWING!****Kans op elektrische schokken en beschadiging van de acculader als deze nat wordt**

- Bescherm de acculader tegen water.
- Laad altijd in een droge omgeving op.

**WAARSCHUWING!****Kans op kortsluiting en elektrische schokken als de acculader beschadigd is**

- Gebruik de acculader niet als deze is gevallen of beschadigd is.

**WAARSCHUWING!****Kans op elektrische schokken en beschadiging van de accu's**

- Probeer de accu's NOOIT opnieuw op te laden door kabels direct aan de aansluitpunten van de accu te bevestigen.

**WAARSCHUWING!****Brandgevaar en kans op elektrische schokken als een beschadigd verlengsnoer wordt gebruikt**

- Gebruik alleen een verlengsnoer wanneer dit absoluut noodzakelijk is. Als u er toch een moet gebruiken, controleer dan of het verlengsnoer in goede staat verkeert.

1. Schakel de elektrische rolstoel uit.
2. Sluit de acculader aan op de oplaadaansluiting.
3. Sluit de acculader aan op de stroomvoorziening.



De accu's zijn uitgerust met veiligheidsopeningen die ervoor zorgen dat het gas dat tijdens het opladen ontstaat, kan verdampen. Als de veiligheidsopeningen het gas niet goed kunnen afvoeren, kunnen de accu's oververhit raken en permanent vervormen. Er kan een onaangename geur en een verminderde werking van de accu's worden opgemerkt. De accu's blijven echter veilig. Stop onmiddellijk met opladen en laat de elektrische rolstoel afkoelen. Neem contact op met uw leverancier om de accu's te vervangen.

7.2.4 De elektrische rolstoel loskoppelen na het opladen

1. Wanneer de accu is opgeladen, koppelt u eerst de acculader los van de voeding en trekt u vervolgens de stekker uit de bedieningskast.

7.2.5 Opslag en onderhoud

Volg de onderstaande instructies voor een veilig en langdurig gebruik van de accu's:

- Berg de elektrische rolstoel altijd met volledig opgeladen accu op.
- Zorg dat accu's niet gedurende langere tijd bijna leeg zijn. Laad een lege accu zo snel mogelijk op.
- Als uw elektrische rolstoel gedurende een langere periode niet wordt gebruikt (d.w.z. langer dan twee weken) moeten de accu's minstens één keer per maand worden opgeladen zodat ze volledig opgeladen blijven, daarbij moeten ze altijd vóór elk gebruik worden opgeladen.
- Vermijd bij het opslaan extreem hoge en extreem lage temperaturen. Wij raden u aan de accu's bij een temperatuur van 15 °C te bewaren.

- Gel- en AGM-accu's hoeven niet te worden onderhouden. Mochten er zich problemen voordoen waardoor het prestatievermogen in het geding komt, dan dienen deze te worden opgelost door een technisch specialist op het gebied van elektrische rolstoelen.


7.2.6 Instructies voor het gebruik van de accu's



VOORZICHTIG!

Risico op beschadiging van de accu's.

- Vermijd een extreme ontlading van de accu's en zorg dat de accu's nooit volledig leeg raken.

- Let op de accuvermogensindicator! Laad de accu's op wanneer de indicator aangeeft dat het accuvermogen laag is. Hoe snel de accu's ontladen, hangt af van diverse omstandigheden zoals omgevingstemperatuur, staat van de bestrating, bandenspanning, gewicht van de gebruiker, rijstijl en het gebruik van de verlichting (indien aanwezig).
- Probeer altijd de accu's op te laden voordat de indicator op de bedieningskast de laadstatus rood weergeeft. De rode kleur betekent een resterende accucapaciteit van ongeveer 20%.
- Wanneer het rode ledlampje knippert, is de accubeveiligingsfunctie ingeschakeld. In een dergelijke situatie neemt de snelheid en het acceleratievermogen drastisch af. Op deze wijze kunt u de elektrische rolstoel nog langzaam uit een gevaarlijke situatie manoeuvreren voordat alle elektronica uiteindelijk uitvalt. Dit betekent 'diep ontladen' en dient te worden vermeden.
- Als de ledlampjes tijdens het rijden rood knipperen, betekent dit dat de accu extreem wordt belast. Deze situatie moet onder normale omstandigheden worden vermeden.
- Vergeet niet dat bij temperaturen onder 20 °C de nominale capaciteit van de accu begint af te nemen. Zo neemt bij een temperatuur van -10 °C de capaciteit af tot ongeveer 50% van de nominale accucapaciteit.
- Om schade aan de accu's te voorkomen, dient u te vermijden dat ze helemaal leegraken. Rijd niet met bijna lege accu's als dat niet per se nodig is. Hierdoor worden de accu's overmatig belast en wordt hun verwachte levensduur verkort.
- Hoe eerder u de accu's opnieuw oplaadt, hoe langer ze leven.
- De mate van ontlading is van invloed op de levensduur. Hoe harder de accu moet werken, hoe korter de verwachte gebruiksduur is. Voorbeelden:
 - Eén diepe ontlading vormt een belasting die gelijk is aan 6 normale cycli (groene/oranje display is uitgeschakeld).
 -  De accu-indicator of het aantal ledlampjes is afhankelijk van het type bedieningskast. De levensduur van de accu bedraagt ongeveer 500 cycli bij een ontlading van 80% (eerste 4 ledlampjes uit/accustreepjes zijn rood) of ongeveer 5.000 cycli bij een ontlading van 10% (één ledlampje uit/accustreepjes zijn groen).
- Onder normale omstandigheden moet de accu eenmaal per maand worden ontladen totdat alle groene en oranje ledlampjes uit zijn of totdat de accustreepjes rood kleuren. Dit moet binnen één dag gebeuren. Een laadcyclus van 16 uur is nodig om de accu opnieuw in de juiste conditie te brengen.

7.2.7 Accu's vervoeren

De accu's die bij uw elektrische rolstoel worden geleverd, zijn geen gevaarlijke goederen. Deze classificatie is gebaseerd op de Duitse GGVS-verordeningen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, en de IATA/DGR-verordeningen voor het vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor en via het luchtruim. Accu's kunnen zonder beperkingen worden vervoerd, over de weg, over het spoor en via de lucht. De afzonderlijke transportmaatschappijen hanteren echter richtlijnen die bepaalde transportprocedures mogelijk beperken of verbieden. Vraag elk apart geval na bij het transportbedrijf.

7.2.8 Algemene instructies voor het omgaan met accu's

- De accu's zijn aan het eind van hun levensduur als het rijbereik aanzienlijk kleiner is dan anders. Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier of onderhoudstechnicus.
- Laat accu's altijd installeren door een technisch specialist op het gebied van elektrische rolstoelen of een persoon met de juiste kennis. Deze specialisten hebben de juiste opleiding gevolgd en beschikken over de juiste gereedschappen om deze taak veilig en op de juiste wijze uit te voeren.

7.2.9 Juiste aanpak voor beschadigde accu's

Als de accu's defect of beschadigd zijn, mag de elektrische rolstoel onder geen enkele omstandigheid worden gebruikt. Neem contact op met uw leverancier voor een reparatie of vervanging van de accu's.

Beschadigde accu's mogen uitsluitend worden behandeld door een goed opgeleide technisch specialist op het gebied van elektrische rolstoelen.



WAARSCHUWING!

Risico op brandwonden

- Raak oververhitte accu's nooit aan en verwijder ze ook nooit. Koppel alleen de oplader los.
- Raak lekkende accu's nooit aan.



VOORZICHTIG!

Roestvorming en brandwonden door lekken van zuur als de accu's zijn beschadigd

- Verwijder kleding waarop zuur terecht is gekomen onmiddellijk.

Na contact met de huid:

- was de aangedane plek direct met veel water.

Na contact met de ogen:

- spoel de ogen onmiddellijk gedurende een aantal minuten onder stromend water en raadpleeg een arts.

Juiste afvoer van dode of beschadigde accu's

Voor het afvoeren van accu's gelden speciale regels. Uw leverancier beschikt over alle informatie om de defecte accu's veilig te vervangen en af te voeren.

8 Transport

8.1 Transport — Algemene informatie



WAARSCHUWING!

Als een elektrische rolstoel via een bevestigingssysteem van derden wordt vastgezet en het lege gewicht van de elektrische rolstoel groter is dan het maximumgewicht voor het systeem waarmee de elektrische rolstoel wordt vastgezet, bestaat het risico op overlijden of ernstig letsel voor de gebruiker en voor mogelijke anderen in de buurt van de elektrische rolstoel.

- Zorg dat het gewicht van de elektrische rolstoel niet groter is dan het gewicht waarvoor het bevestigingssysteem is goedgekeurd. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant van het bevestigingssysteem.
- Als u niet zeker weet hoe zwaar uw elektrische rolstoel is, moet u hem laten wegen op een geijkte weegschaal.



WAARSCHUWING!

Risico op schade of lichamelijk letsel

Als de elektrische rolstoel is uitgerust met een werkblad of andere hulpapparatuur kan dit tijdens het overbrengen naar een voertuig losraken en in het geval van een botsing schade of letsel veroorzaken bij gebruikers.

- Indien mogelijk moet andere hulpapparatuur van de elektrische rolstoel worden bevestigd aan de elektrische rolstoel of ervan worden verwijderd en tijdens het reizen in het voertuig worden vastgezet.
- Verwijder, indien aanwezig, altijd het werkblad voordat u de elektrische rolstoel transporteert.



LET OP!

- De bodem van het voertuig moet sterk genoeg zijn voor het gecombineerde gewicht van de gebruiker, de elektrische rolstoel en de accessoires/opties.

8.2 Een elektrische rolstoel naar een voertuig overbrengen



WAARSCHUWING!

Risico op kantelen wanneer de elektrische rolstoel in een voertuig wordt geplaatst terwijl de gebruiker er nog in zit

- Plaats de elektrische rolstoel indien mogelijk zonder gebruiker in een voertuig.
- Als de elektrische rolstoel toch met gebruiker via een helling in een voertuig moet worden geplaatst, zorg dan dat het hellingspercentage niet groter is dan de nominale helling.
- Als de elektrische rolstoel in een voertuig moet worden geplaatst via een helling met een hellingspercentage dat groter is dan de nominale helling, moet een kabeltakel worden gebruikt. Een begeleider kan dan op een veilige manier toezicht houden op en assisteren bij het verplaatsen van de rolstoel.
- Als alternatief kan een platformlift worden gebruikt.
- Zorg dat het totale gewicht van de elektrische rolstoel met gebruiker niet meer bedraagt dan het maximaal toegestane totaalgewicht voor de helling of de platformlift.
- Als de elektrische rolstoel naar een voertuig wordt verplaatst, moet dat altijd gebeuren met de rugleuning rechtop, de zitlift in de laagste stand en de kanteelzitting rechtop (zie *6.6 Hellingen op- en afrijden, pagina 78*).



WAARSCHUWING!

Risico op letsel en schade aan de elektrische rolstoel en het voertuig

Als de elektrische rolstoel in een voertuig wordt geplaatst via een helling met een groter hellingspercentage dan de nominale helling, bestaat het risico dat de elektrische rolstoel kantelt of spontaan in beweging komt.

- Verplaats de elektrische rolstoel zonder gebruiker naar een voertuig.
- Een begeleider moet assisteren bij het verplaatsen van de rolstoel.
- Zorg dat alle begeleiders de handleiding van de helling en de kabeltakel volledig hebben gelezen en begripjen.
- Zorg dat de kabeltakel geschikt is voor uw elektrische rolstoel.
- Gebruik alleen geschikte bevestigingspunten. Gebruik geen verwijderbare of beweegbare onderdelen van de elektrische rolstoel als bevestigingspunten.



WAARSCHUWING!

Risico op lichamelijk letsel en schade aan de elektrische rolstoel

Als de elektrische rolstoel via een lift in een voertuig moet worden geplaatst terwijl de bedieningskast is ingeschakeld, bestaat het risico dat de elektrische rolstoel spontaan in beweging komt en van de lift valt.

- Voordat u de elektrische rolstoel via een lift verplaatst, moet u de elektrische rolstoel uitschakelen en ofwel de buskabel loskoppelen van de bedieningskast of de accu's eruit halen.

1. Rijd of duw de elektrische rolstoel in het voertuig via een geschikte helling.

2. Veranker de elektrische rolstoel aan het transportvoertuig, zie *8.3 Het gebruik van een elektrische rolstoel als voertuigstoel, pagina 90* en zet de gebruiker vast in de elektrische rolstoel, zie *8.3.2 De gebruiker in de elektrische rolstoel vastzetten, pagina 92.*

8.3 Het gebruik van een elektrische rolstoel als voertuigstoel

Niet elke elektrische rolstoel mag automatisch worden gebruikt als voertuigstoel. De volgende etiketten geven aan of de elektrische rolstoel wel of niet als voertuigstoel mag worden gebruikt.

Als de elektrische rolstoel NIET als voertuigstoel mag worden gebruikt, wordt dat aangegeven door het volgende etiket:



Als de elektrische rolstoel wel als voertuigstoel mag worden gebruikt, worden de bevestigingspunten aangegeven door het volgende etiket:



Als u een elektrische rolstoel als voertuigstoel wilt gebruiken, moet hij zijn voorzien van bevestigingspunten om de elektrische rolstoel in het voertuig te kunnen verankeren. Deze accessoires/opties zijn in sommige landen (bijvoorbeeld in het VK) onderdeel van de standaardlevering van de elektrische rolstoel, maar kunnen ook in andere landen via Invacare worden aangeschaft.

De volgende informatie is alleen relevant als uw elektrische rolstoel kan worden gebruikt als voertuigstoel:



WAARSCHUWING!

Kans op ernstig lichamelijk letsel


De elektrische rolstoel is ontworpen en getest om te voldoen aan de vereisten van ISO 7176-19 uitsluitend voor gebruik als een voor-voorwaarts kijkende stoel in een motorvoertuig.

De elektrische rolstoel is dynamisch getest in een voorwaarts kijkende richting met de ATD (antropomorfisch testapparaat, crashtestdummy), die is vastgezet met een driepuntsgordel.

Als de instructies niet worden opgevolgd, kan er ernstig letsel of schade ontstaan bij een botsing:

- Er mogen geen wijzigingen of vervangingen worden gedaan aan de bevestigingspunten van de elektrische rolstoel of aan technische en frameonderdelen van componenten, aangezien dit de botsveiligheid van de elektrische rolstoel kan beïnvloeden en dit bovendien de prestaties van de elektrische rolstoel tijdens het normale gebruik kan wijzigen. Als het noodzakelijk wordt geacht om dergelijke wijzigingen aan te brengen moet Invacare worden geraadpleegd.
- Gebruik alleen lekvrije verzegelde accu's die zijn goedgekeurd door Invacare.
- Het is van cruciaal belang dat de elektrische rolstoel wordt geïnspecteerd door een geautoriseerde leverancier om te bepalen of de elektrische rolstoel geschikt is voor hergebruik na een voertuigbotsing van welke aard dan ook.


De elektrische rolstoel kan worden gebruikt als voertuigstoel in combinatie met een verankeringsstelsel dat is gecontroleerd en goedgekeurd conform ISO 10542. Het transportvoertuig moet vakkundig worden aangepast om de elektrische rolstoel te verankeren. Neem contact op met de fabrikant van uw voertuig voor meer informatie.

 Indien mogelijk moet de gebruiker in een voertuigstoel plaatsnemen met een door de fabrikant van het voertuig geïnstalleerd vastzetsysteem, in plaats van de elektrische rolstoel te gebruiken. De elektrische rolstoel moet zonder gebruiker tijdens het reizen worden opgeborgen in een laadruimte of worden vastgezet in het voertuig.



Een elektrische rolstoel dat is toegestaan als voertuigstoel heeft een botsproef ondergaan conform ISO 7176-19 voor gebruik in wegvoertuigen en voldoet aan de vereisten voor voorwaarts kijkend transport en frontale botsingen.

De crashtestdummy was vastgemaakt met veiligheidsgordels voor bekken en bovenlichaam. Beide veiligheidsgordeltypen dienen te worden gebruikt om de kans op hoofd- of bovenlichaamletsel te minimaliseren.

 Invacare-testen met bevestigingssysteem die voldoen aan de eisen van ISO 10542-1 en het leeggewicht van de elektrische rolstoel. Raadpleeg *11.1 Technische specificaties, pagina 102* voor informatie over het lege gewicht.

8.3.1 De elektrische rolstoel verankeren in een voertuig

De elektrische rolstoel is voorzien van bevestigingspunten. Karabijnhaken of riemlussen kunnen worden gebruikt voor de bevestiging.




VOORZICHTIG!

Er is kans op letsel als de elektrische rolstoel niet correct wordt vastgezet voor gebruik als voertuigstoel.

- Gebruik altijd een bevestigingssysteem dat geschikt is voor het gecombineerde gewicht van de inzittende en de elektrische rolstoel.
- Indien mogelijk moet de rolstoelgebruiker in een voertuigstoel plaatsnemen met de veiligheidsgordels die met het voertuig worden geleverd, in plaats van de elektrische rolstoel te gebruiken.
- De elektrische rolstoel moet altijd met de voorzijde naar de beoogde rijrichting van het transportvoertuig worden verankerd.
- De elektrische rolstoel moet altijd worden bevestigd volgens de instructies in de gebruikershandleiding van de fabrikant van de elektrische rolstoel en het verankeringsstelsel.
- Verwijder altijd alle accessoires/opties die aan de elektrische rolstoel zijn bevestigd, zoals kinsteunen of tafels, en berg deze veilig op.
- Als uw elektrische rolstoel is uitgerust met een hoekverstelbare rugleuning, dan moet de rugleuning in een verticale positie worden geplaatst.
- Zet de beensteunen in de laagste stand, indien aanwezig.
- Zet de zitlift in de laagste stand, indien aanwezig.

1.



- Zet de naar voren gerichte elektrische rolstoel vast met de riemen van het bevestigingssysteem op de bevestigingspunten aan de voorkant **A** en bevestigingspunten aan de achterzijde **B**.
2. Zet de elektrische rolstoel vast door de riemen aan te spannen volgens de gebruikershandleiding van de fabrikant van het bevestigingssysteem.

8.3.2 De gebruiker in de elektrische rolstoel vastzetten




VOORZICHTIG!

Kans op letsel tijdens het gebruik van de elektrische rolstoel als voertuigstoel indien een hoofdsteun verkeerd is afgesteld of niet is geïnstalleerd.

Bij een botsing kan dit leiden tot hyperextensie van de nek.

- Er moet een hoofdsteun worden geïnstalleerd. De hoofdsteun die optioneel door Invacare wordt geleverd voor deze elektrische rolstoel is perfect geschikt voor gebruik tijdens transport.
- De hoofdsteun moet worden aangepast aan de oorhoogte van de gebruiker.





VOORZICHTIG!


Kans op letsel als de gebruiker niet correct wordt vastgezet in de elektrische rolstoel.

- Vastzetsystemen mogen alleen worden gebruikt als het gewicht van de gebruiker van de rolstoel 23 kg of meer is.
- Zelfs als de elektrische rolstoel is uitgerust met een bekkengordel of een ander geïntegreerd gordelsysteem in de elektrische rolstoel, is dit geen vervanging voor een echte veiligheidsgordel die voldoet aan ISO 10542 in het transportvoertuig. Gebruik altijd de veiligheidsgordel die in het transportvoertuig is geïnstalleerd.
- Veiligheidsgordels moeten zo strak mogelijk worden aangetrokken zonder dat dit ongemak voor de gebruiker veroorzaakt.
- Veiligheidsgordels mogen niet worden geplaatst als deze zijn gedraaid.
- Zorg dat het derde verankeringspunt van de veiligheidsgordel niet rechtstreeks aan de vloer van het voertuig maar aan een van de zijanten van het voertuig is bevestigd.
- Zowel de veiligheidsgordel als de vastzetgordels voor het bovenlichaam moeten worden gebruikt om de passagier vast te zetten zodat de mogelijkheid van botsingen van het hoofd of de borstkas met de voertuigonderdelen wordt verminderd. Ze dienen samen te worden gebruikt en alleen waarvoor ze zijn ontworpen.




- Een aan de rolstoel verankerd vastzetsysteem voor de gebruiker, d.w.z. een driepuntsgordel, harnas of bekkensteunen (schootbanden, schootgordels) mag niet worden gebruikt of worden vertrouwd om een gebruiker vast te zetten in een rijdend voertuig. Gebruik in plaats daarvan altijd een aan het voertuig verankerd en gecertificeerd vastzetsysteem voor de gebruiker.
- Zorg ervoor bij het toepassen van het vastzetsysteem voor de gebruiker dat de gesp van de veiligheidsgordel zo wordt geplaatst dat de ontgrendelknop niet in aanraking komt met onderdelen van de elektrische rolstoel tijdens het transport en tijdens een botsing.
- Veiligheidsgordels moeten contact maken met het lichaam van de gebruiker. Ze mogen niet worden weggehouden van het lichaam van de gebruiker door delen van de elektrische rolstoel, zoals armsteunen of wielen.





De veiligheidsgordel moet in het gedeelte tussen de heupen en dijen van de gebruiker worden geplaatst, zodat deze niet wordt belemmerd en niet te los zit. De ideale hoek van de veiligheidsgordel ten opzichte van het horizontale vlak is tussen 45° en 75°. De maximaal toegestane hoek is tussen 30° en 75°. De hoek mag nooit minder zijn dan 30°!



De veiligheidsgordel die in het transportvoertuig is geïnstalleerd, moet worden aangebracht zoals weergegeven op de bovenstaande afbeelding.

- 1) middellijn van het lichaam 2) midden van het borstbeen

8.4 De elektrische rolstoel vervoeren zonder inzittende



VOORZICHTIG!

Risico op letsel

- Als u de elektrische rolstoel niet zelf goed kunt vastzetten in een voertuig, raadt Invacare af de rolstoel zelf te vervoeren.

Uw elektrische rolstoel kan zonder beperkingen worden vervoerd per wegtransport, per trein of per vliegtuig. De afzonderlijke transportmaatschappijen hanteren echter richtlijnen die bepaalde transportprocedures mogelijk beperken of verbieden. Vraag elk apart geval na bij het transportbedrijf.

- Voordat u de elektrische rolstoel gaat vervoeren, moet u ervoor zorgen dat de koppeling van de motoren is ingeschakeld en dat de bedieningskast is uitgeschakeld.
- Invacare raadt u ten zeerste aan om bovendien de accukabel van de stroommodule los te koppelen, zie 9.7 *Koppel de stroommodule los, pagina 98*.
- Invacare raadt sterk aan om de elektrische rolstoel op de vloer van het transportvoertuig vast te zetten.

9 Onderhoud

9.1 Inleiding tot onderhoud

De term 'onderhoud' verwijst naar alle taken die worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat een medisch apparaat goed werkt en klaar is voor het beoogde gebruik. Onderhoud omvat verschillende zaken, zoals dagelijkse verzorging en reiniging, inspecties, reparaties en herstel.



Het wordt aanbevolen om uw elektrische rolstoel eenmaal per jaar te laten nakijken door een erkende Invacare-leverancier, zodat hij veilig en geschikt blijft voor deelname aan het verkeer.

9.2 Inspectiecontroles

In de onderstaande tabel staat welke inspectiecontroles de gebruiker moet uitvoeren, met de bijbehorende tijdsintervallen. Raadpleeg bij het vaststellen van een probleem met de elektrische rolstoel tijdens een inspectiecontrole het erbij vermelde hoofdstuk of neem contact op met een erkende Invacare-leverancier. Een uitgebreider overzicht met inspectiecontroles en instructies voor onderhoudswerkzaamheden vindt u in de bij Invacare op te vragen servicehandleiding voor het hulpmiddel. De servicehandleiding mag echter alleen worden gebruikt door erkende, speciaal opgeleide onderhoudstechnici. Er worden taken in beschreven die niet door de gebruiker zelf mogen worden uitgevoerd.

9.2.1 Vóór elk gebruik van de elektrische rolstoel

Onderdeel	Inspectiecontrole
Schroefaansluitingen	Controleer of alle aansluitingen, zoals die van de rugleuning en wielen, stevig vastzitten. Indien niet geslaagd: <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met uw leverancier.
Claxon	Controleer of dit onderdeel correct werkt. Indien niet geslaagd: <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met uw leverancier.
Verlichtingssysteem	Controleer of alle lichten, zoals de richtingaanwijzers, voor- en achterlichten, correct werken. Indien niet geslaagd: <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met uw leverancier.
Accu	Zorg ervoor dat de accu's zijn opgeladen. Zie de gebruikershandleiding bij de bedieningskast voor een beschrijving van de accuvermogenindicator. Indien niet geslaagd: <ul style="list-style-type: none"> • Laad de accu's op (raadpleeg 7.2.3 <i>De accu's opladen, pagina 84</i>).

9.2.2 Wekelijks

Onderdeel	Inspectiecontrole
Armsteunen/ zijkanten	Controleer of de armsteunen stevig vastzitten in de houders en niet heen en weer bewegen. Indien niet geslaagd: <ul style="list-style-type: none"> • Draai de schroef of klemhendel van de armsteun stevig vast. • Neem contact op met uw leverancier.
Banden (pechbestendig)	Controleer of de banden niet beschadigd zijn. Indien niet geslaagd: <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met uw leverancier.
Banden (lucht)	Controleer of de banden niet beschadigd zijn. Indien niet geslaagd: <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met uw leverancier.
	Controleer of de banden tot de juiste druk zijn opgepompt. Indien niet geslaagd: <ul style="list-style-type: none"> • Pomp de band op tot de juiste druk (zie <i>9.3 Wielen en banden, pagina 97</i>).
Antikantelsteunen	Controleer of de antikantelsteunen stevig vastzitten en niet heen en weer bewegen. Controleer of de veerklemmen van de antikantelsteunen in goede staat verkeren en maak de steunen op de juiste manier vast. Indien niet geslaagd: <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met uw leverancier.

9.2.3 Maandelijks

Onderdeel	Inspectiecontrole
Alle bekledingsonderdelen	Controleer op schade en slijtage. Indien niet geslaagd: <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met uw leverancier.
Verwijderbare beensteunen	Controleer of de beensteunen goed kunnen worden vastgezet en of het losdraaimechanisme eenvoudig kan worden bediend. Controleer of alle aanpassingsopties goed functioneren. Indien niet geslaagd: <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met uw leverancier.
Zwenkwielen	Controleer of de zwenkwielen vrij kunnen draaien. Indien niet geslaagd: <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met uw leverancier.
Achterwielen	Controleer of de achterwielen draaien zonder te wiebelen. De beste manier hiervoor is dat een andere persoon achter de elektrische rolstoel gaat staan die de achterwielen bekijkt terwijl u van deze persoon wegrijdt. Indien niet geslaagd: <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met uw leverancier.

Onderdeel	Inspectiecontrole
Elektronica en ingangen	Controleer of de kabels niet beschadigd zijn en of de stekkerverbindingen stevig vastzitten. Indien niet geslaagd: <ul style="list-style-type: none"> • Neem contact op met uw leverancier.

9.3 Wielen en banden

Omgaan met schade aan wielen

Bij een beschadigd wiel moet u direct contact opnemen met uw leverancier. Om veiligheidsredenen mag u het wiel niet zelf en ook niet door niet-bevoegde personen laten repareren.

Omgaan met pneumatische banden



LET OP!

- Rijd nooit met een te lage bandenspanning, omdat de banden daardoor beschadigd kunnen raken. Als de bandenspanning te hoog is, kan de velg beschadigd raken.
- Pomp de banden op tot de aanbevolen bandenspanning.



Controleer de bandenspanning met de bandenspanningsmeter.

Controleer wekelijks of de banden tot de juiste druk zijn opgepompt, zie 9.1 *Inleiding tot onderhoud*, pagina 95.

Voor de aanbevolen bandenspanning raadpleegt u de inscriptie op de band/velg of neemt u contact op met Invacare. Raadpleeg de tabel hieronder voor conversies.

psi	bar	psi	bar	psi	bar
22	1,5	29	2,0	36	2,5
23	1,6	30	2,1	38	2,6
25	1,7	32	2,2	39	2,7
26	1,8	33	2,3	41	2,8
28	1,9	35	2,4	44	3,0

9.4 Kortstondige opslag

Bij een ernstig defect treden er verschillende ingebouwde veiligheidsmechanismen in werking die uw elektrische rolstoel beschermen. De stroommodule voorkomt dat uw elektrische rolstoel gaat rijden.

Als de elektrische rolstoel in een dergelijke toestand verkeert, moet u in afwachting van een monteur de volgende maatregelen treffen:

1. Schakel de stroom uit.
2. Koppel de accukabel los van de stroommodule, zie 9.7 *Koppel de stroommodule los*, pagina 98.
3. Neem contact op met uw leverancier.

9.5 Langdurige opslag

Als uw elektrische rolstoel gedurende een langere periode niet wordt gebuikt, moet u het klaarmaken voor opslag, zodat uw elektrische rolstoel en de accu's langer meegaan.


De elektrische rolstoel en de accu's opbergen

- We raden u aan de elektrische rolstoel op te bergen bij een temperatuur van 15° C. Voorkom extreem hoge en lage temperaturen tijdens opslag, zodat de elektrische rolstoel en de accu's langer meegaan.
- De onderdelen zijn echter wel getest en goedgekeurd voor extremere temperaturen (zie hieronder):
 - Het toegestane temperatuurbereik tijdens opslag van de elektrische rolstoel is -40 °C tot +65 °C.
 - Het toegestane temperatuurbereik tijdens opslag van de accu's is -25 °C tot +65 °C.
- Zelfs als de accu's niet worden gebruikt, vindt er toch enig verlies van vermogen plaats. U kunt de accukabel het best loskoppelen van de stroommodule wanneer de elektrische rolstoel langer dan twee weken wordt opgeslagen. Koppel de accukabel los van de stroommodule, zie *9.7 Koppel de stroommodule los, pagina 98*. Als u niet zeker weet welke kabel u moet loskoppelen, neemt u contact op met uw leverancier.
- Accu's moeten altijd volledig zijn opgeladen voordat ze worden opgeslagen.
- Als de elektrische rolstoel langer dan vier weken wordt opgeslagen, moet u ten minste één keer per maand de accu's controleren en deze zo nodig opladen (voordat de accumulator halverwege staat) om schade te voorkomen.
- Opslaan in een droge, goed geventileerde omgeving, beschermd tegen invloeden van buitenaf.
- Pomp de pneumatische banden iets harder op.
- Zet de elektrische rolstoel op een vloer die niet verkleurt door contact met het rubber van de banden.

De elektrische rolstoel klaarmaken voor gebruik

- Sluit de accu weer aan op de stroommodule.
- De accu's moeten voor gebruik worden opgeladen.
- Laat de elektrische rolstoel alleen controleren door een erkende Invacare-leverancier.

9.6 De kap aan de achterkant openen




De kap aan de achterkant verwijderen

1. Draai de twee handschroeven **A** aan de linker- en rechterzijde van het achterste frame los en verwijder deze.
2. Til de kap aan de achterkant voorzichtig op. Het voorste deel van de kap is aan de bovenzijde bevestigd met een haak-en-lusband. Deze moet ook worden losgemaakt.

De afdekkap aan de achterkant monteren

1. Monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde.
2. Zet met de hand de handschroeven vast.

9.7 Koppel de stroommodule los



1. Trek de achterste afdekkap omhoog; zie *9.6 De kap aan de achterkant openen, pagina 98*.



2. Verwijder de accukabel **A** van de stroommodule.

9.8 Reiniging en desinfectie

9.8.1 Algemene veiligheidsinformatie



VOORZICHTIG! **Besmettingsgevaar**

- Tref voorzorgsmaatregelen voor uw eigen veiligheid en gebruik de juiste beschermingsuitrusting.



VOORZICHTIG! **Risico op elektrische schokken en beschadiging van het product**

- Schakel het apparaat uit en haal indien van toepassing de stekker uit het stopcontact.
- Houd bij het reinigen van elektrische onderdelen rekening met de betreffende beschermingsgraad tegen het binnendringen van water.
- Zorg dat er geen water op de stekker of het stopcontact spat.
- Raak de contactdoos niet aan als u natte handen hebt.



LET OP!

- Het gebruik van de verkeerde vloeistoffen of methoden kan het product aantasten of beschadigen.
- Alle gebruikte reinigings- en desinfecteringsmiddelen moeten effectief zijn, met elkaar gecombineerd kunnen worden en de te reinigen materialen beschermen.
 - Gebruik nooit bijtende vloeistoffen (zuren, basen enzovoort) of schurende reinigingsmiddelen. We raden u aan een gewoon huishoudelijk reinigingsmiddel zoals vaatwasmiddel te gebruiken, indien in de reinigingsinstructies geen ander middel wordt voorgeschreven.
 - Gebruik nooit een oplosmiddel (thinner, aceton en dergelijke) waardoor de structuur van de kunststof kan veranderen of labels kunnen loslaten.
 - Zorg er altijd voor dat het product volledig droog is voordat dit weer in gebruik wordt genomen.



Volg voor reiniging en desinfectie in klinische omgevingen of omgevingen voor langdurige zorg de intern ingestelde procedures.

9.8.2 Reinigingsintervallen



LET OP!

- Regelmatig reinigen en desinfecteren zorgt voor een soepele werking, verhoogt de levensduur en voorkomt besmetting. Reinig en desinfecteer dit product:
- regelmatig als het in gebruik is;
 - voor en na onderhoudswerkzaamheden;
 - als het in contact is gekomen met lichaamsvocht;
 - voordat een nieuwe gebruiker er gebruik van maakt.

9.8.3 Reiniging



LET OP!

- Het product mag niet worden gereinigd in geautomatiseerde wasinrichtingen, met hogedrukreinigingsapparatuur of met stoom.



LET OP!

- Vuil, zand en zeewater kunnen de lagers beschadigen. Als stalen onderdelen beschadigd raken, kunnen ze gaan roesten.
- Stel de rolstoel niet te lang bloot aan zand en zeewater, en maak de rolstoel schoon nadat u er mee naar het strand bent geweest.
 - Eventueel vuil op de rolstoel dient u er zo snel mogelijk af te vegen met een vochtige doek. Droog de rolstoel daarna goed af.

1. Verwijder alle eventueel geïnstalleerde optionele uitrusting (alleen optionele uitrusting waarvoor geen gereedschap nodig is).
2. Neem de verschillende onderdelen af met een doek of zachte borstel, een gewoon huishoudelijk reinigingsmiddel (pH = 6-8) en warm water.
3. Spoel de onderdelen met warm water af.
4. Droog de onderdelen grondig af met een droge doek.



Versleten of mat geworden geverfde metalen oppervlakken kunt u weer glanzend maken met glansmiddel of boenwas voor auto's.

Bekleding reinigen

Raadpleeg voor het reinigen van de bekleding de instructies op de labels van de zitting, het kussen en de rugbekleding.



Probeer (de klevende delen van) het klittenband tijdens het wassen netjes passend op elkaar te bevestigen. Zo voorkomt u dat er te veel pluusjes en draadjes aan het klittenband blijven hangen en hierdoor de bekleding wordt beschadigd.

9.8.4 Instructies voor desinfecteren

Methode: Volg de aanwijzingen voor het aanbrengen van het gebruikte desinfectiemiddel op en neem alle toegankelijke oppervlakken af.

Desinfectiemiddel: een standaard desinfectiemiddel voor huishoudelijk gebruik.

Drogen: Laat het product aan de lucht drogen.

10 Na gebruik

10.1 Geschikt maken voor hergebruik

Dit product is geschikt voor hergebruik. Om het product voor een nieuwe gebruiker gebruiksklaar te maken, voert u de volgende handelingen uit:

- Inspectie volgens serviceplan, zie de servicehandleiding, verkrijgbaar via Invacare.
- Reiniging en desinfectie, zie *9.8 Reiniging en desinfectie, pagina 99*.
- Om de elektrische rolstoel aan de nieuwe gebruiker aan te passen, zie *5 Montage, pagina 31*.

Zorg ervoor dat de gebruikershandleiding samen met het product wordt overhandigd.

Hergebruik het product niet als er schade of afwijkingen zijn geconstateerd.

10.2 Afvoeren



WAARSCHUWING!

Potentieel schadelijk voor het milieu

Dit hulpmiddel bevat accu's.

Dit product bevat mogelijk stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu wanneer ze worden achtergelaten op plaatsen (stortplaatsen) die volgens de wetgeving daarvoor niet geschikt zijn.

- Gooi deze accu NIET weg met normaal huishoudelijk afval.
- Gooi de accu's NIET in het vuur.
- De accu's MOETEN naar een daarvoor bestemd afvalverwerkingsstation worden gebracht. Het inleveren van accu's is wettelijk verplicht; er zijn geen kosten aan verbonden.
- Voer alleen lege accu's af.
- Dek de contactpunten af van accu's die afgevoerd moeten worden.
- Voor informatie over de juiste omgang met beschadigde accu's, zie *7.2.9 Juiste aanpak voor beschadigde accu's, pagina 87*.

Wij hopen dat u voldoende milieubewust bent om dit product na de levensduur naar een afvalverwerkingsstation te brengen.

Haal het product en de onderdelen ervan uit elkaar, zodat de verschillende materialen afzonderlijk kunnen worden gerecycled.

Gebruikte producten en verpakkingen moeten worden afgevoerd en gerecycled overeenkomstig de wet- en regelgeving voor afvalverwerking in het betreffende land. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf voor meer informatie.

11 Technische gegevens

11.1 Technische specificaties

De hierna verstrekte technische gegevens gelden voor een standaardconfiguratie of vertegenwoordigen de maximaal bereikbare waarden. Deze waarden kunnen veranderen als er accessoires/opties worden toegevoegd. De precieze wijzigingen aan deze waarden staan gedetailleerd beschreven in de gedeelten over de betreffende accessoires/opties.

Omdat deze lijst betrekking heeft op alle beschikbare modellen (op de datum waarop dit document is gedrukt), zijn mogelijk niet alle waarden in deze lijst relevant voor uw product. Indien niet expliciet anders wordt vermeld, geldt elke waarde in deze lijst voor alle modellen van het product.

De modellen en uitvoeringen die in uw land beschikbaar zijn, zijn te vinden in de verkoopdocumenten van het desbetreffende land.

 Houd er rekening mee dat de gemeten waarden in sommige gevallen tot wel ± 10 mm kunnen verschillen.

Toegestane gebruiks- en opslagomstandigheden	
Temperatuurbereik voor gebruik volgens ISO 7176-9:	<ul style="list-style-type: none"> -25 °C ... +50 °C
Aanbevolen opslagtemperatuur:	<ul style="list-style-type: none"> 15 °C
Temperatuurbereik voor opslag volgens ISO 7176-9:	<ul style="list-style-type: none"> -25 °C ... +65 °C met accu's -40 °C ... +65 °C zonder accu's
Elektrisch systeem	
Motoren	<ul style="list-style-type: none"> 340 W (conventionele motoren)
Accu	<ul style="list-style-type: none"> 2 x 12 V/73,5 Ah (C20) lekvrij/gel
Hoofdzekering	<ul style="list-style-type: none"> 80 A
Mate van bescherming	<ul style="list-style-type: none"> IPX4¹
<p>¹ Een IPX4-classificatie houdt in dat het elektrische systeem beschermd is tegen spatwater.</p>	

Oplaadapparaat	
Uitgangsstroom	<ul style="list-style-type: none"> • 8 A \pm 8% • 10 A
Uitgangsspanning	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V nominaal (12 cellen)

Achterwielbanden		
Type band	<ul style="list-style-type: none"> • 3.00 - 8 inch lucht, anti-lek bescherming of massieve band 	<ul style="list-style-type: none"> • Trelleborg 8 inch x 3.00 lucht of anti-lek bescherming
Bandenspanning	De aanbevolen maximale bandenspanning in bar of kPa wordt aangegeven op de zijkant van de band of op de rand. Als er meerdere waarden staan, geldt de laagste waarde in de betreffende eenheid. (Tolerantie = -0,3 bar, 1 bar = 100 kPa)	

Banden zwenkwielen	
Type band	<ul style="list-style-type: none"> • 3.00 - 6 inch lucht, anti-lek bescherming of massieve band
Bandenspanning	De aanbevolen maximale bandenspanning in bar of kPa wordt aangegeven op de zijkant van de band of op de rand. Als er meerdere waarden staan, geldt de laagste waarde in de betreffende eenheid. (Tolerantie = -0,3 bar, 1 bar = 100 kPa)

Rij eigenschappen	
Snelheid	<ul style="list-style-type: none"> • 6 km/u • 10 km/u • 12 km/u • 13 km/u
Max. Remafstand	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 mm (6 km/u) • 2100 mm (10 km/u) • 2900 mm (12 km/u) • 3400 mm (13 km/u)

Rij eigenschappen			
Nominale helling ²	<ul style="list-style-type: none"> • 6° (10,5%) volgens de specificaties van de fabrikant met een laadvermogen van 150 kg, een zithoek van 4°, een rughoek van 20° 		
2 Statische stabiliteit volgens ISO 7176-1 = 9° (15,8%); dynamische stabiliteit volgens ISO 7176-2 = 6° (10,5%).			
Max. Beklimbare obstakelhoogte	12 km/u, 13 km/u: <ul style="list-style-type: none"> • 100 mm (met stoepklimmer) • 60 mm (zonder stoepklimmer) 	10 km/u: <ul style="list-style-type: none"> • 95 mm (met stoepklimmer) • 70 mm (zonder stoepklimmer) 	6 km/u: <ul style="list-style-type: none"> • 110 mm (met stoepklimmer) • 85 mm (zonder stoepklimmer)
Draaidiameter	<ul style="list-style-type: none"> • 1770 mm 		
Benodigde breedte om te draaien	<ul style="list-style-type: none"> • 1100 mm 		
Draaibreedte	<ul style="list-style-type: none"> • 1500 mm 		
Actieradius conform ISO 7176-4 ³	<ul style="list-style-type: none"> • 34 km (Storm⁴, 6 km/u) • 26 km (Storm⁴, 10 km/u) • 32 km (Storm⁴, 12 km/u) 		
3 Het bereik van een elektrische rolstoel wordt sterk beïnvloed door externe factoren, zoals de snelheidsinstelling van de rolstoel, de restlading van de accu's, de omgevingstemperatuur, de lokale topografie, de kenmerken van de bestrating, de bandenspanning, het gewicht van de gebruiker, de rijstijl en het gebruik van de accu's voor verlichting, servosystemen, enzovoort. De opgegeven waarden zijn theoretisch maximaal bereikbare waarden, gemeten in overeenstemming met ISO 7176-4.			

Afmetingen conform ISO 7176-15	Type zitting	
	RECARO	Modulite
Totale hoogte	<ul style="list-style-type: none"> • 1300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 1020 mm (eendelige zitplaat) • 1090 - 1190 mm (telescopisch zitframe, verplaatsen van de rugplaat)
Totale breedte	<ul style="list-style-type: none"> • 630 - 770 mm 	
Totale lengte (met standaardbeensteunen)	<ul style="list-style-type: none"> • 1190 mm 	
Totale lengte (zonder standaardbeensteunen)	<ul style="list-style-type: none"> • 910 mm 	
Lengte berging	<ul style="list-style-type: none"> • 935 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 980 mm
Breedte berging	<ul style="list-style-type: none"> • 725 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 705 mm
Hoogte berging	<ul style="list-style-type: none"> • 960 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 1130 mm
Vrije ruimte tot de grond	<ul style="list-style-type: none"> • 65 mm 	
Hoogte van de zitting tot aan de ondergrond ⁴ (met zitlift)	<ul style="list-style-type: none"> • 400 - 650 mm (Storm⁴) • 440 - 690 mm (Storm⁴ X-plore) 	
Hoogte van de zitting tot aan de ondergrond ⁴ (zonder zitlift)	<ul style="list-style-type: none"> • 450/480 mm 	
4 Gemeten zonder zitkussen.		
Zitbreedte	<ul style="list-style-type: none"> • 490 - 530 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 380 mm (380 - 430 mm) • 430 mm (430 - 480 mm) • 480 mm (480 - 530 mm) • 530 mm (530 - 580 mm)
Zitdiepte	<ul style="list-style-type: none"> • 460 - 510 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 410 - 510 mm

Afmetingen conform ISO 7176-15	Type zitting	
	RECARO	Modulite
Hoogte Rugleuning ⁴	<ul style="list-style-type: none"> • 770 - 830 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 480/540 mm (draagband rugleuning) • 560 - 660 mm (telescopisch zitframe, verplaatsen van de rugplaat)
4 Gemeten zonder zitkussen.		
Rughoek	<ul style="list-style-type: none"> • 90° ... 135° 	<ul style="list-style-type: none"> • 90° ... 120°
Hoogte armsteunen	<ul style="list-style-type: none"> • 250-340/290-380 mm 	Telescopisch zitframe: <ul style="list-style-type: none"> • 245 - 310/295 - 360 mm (T-armsteunen) • 230 - 360 mm (inklapbare armsteunen) • 230 – 300 mm / 300 - 360 mm (meebewegende armsteunen) Zitplaat uit één stuk: <ul style="list-style-type: none"> • 275 - 340/325 - 390 mm (T-armsteunen)
Diepte armsteun ⁵	<ul style="list-style-type: none"> • 325 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 398 mm
5 De afstand tussen het referentievlak van de rugleuning en het voorste gedeelte van de armsteunconstructie.		
Horizontale locatie van as ⁶	<ul style="list-style-type: none"> • 145 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • 150 mm
6 Horizontale afstand van de wielas tot het punt waar de referentievlakken van de geladen zitting en de rugleuning elkaar kruisen.		
Elektrische kanteling	<ul style="list-style-type: none"> • 0° - 25° 	
Handmatig kantelen	<ul style="list-style-type: none"> • 0° - 9° 	

Voet- en beensteunen					
Vari F	Lengte [mm]	• 290 – 460	Standaard 80°	Lengte [mm]	• 290 – 460
	Hoek	• +70° ... 0°		Hoek	• +80°... 0°
	Max. Gewicht [kg]	• 1,6		Max. Gewicht [kg]	• 3,1
Vari A	Lengte [mm]	• 290 – 460	Gecentreerde bevestiging (handmatig)	Lengte [mm]	• 280 – 385
	Hoek	• +70° ... 0°		Hoek	• +90°... 0°
	Max. Gewicht [kg]	• 2,7		Max. Gewicht [kg]	• 5,4
ADM (handmatig)	Lengte [mm]	• 290 – 460	Gecentreerde elektrische LNX	Lengte [mm]	• 340 – 410
	Hoek	• +80° ... 0°		Hoek	• +97°... + 7°
	Max. Gewicht [kg]	• 3,1			• +90° ... 0°
ADE (elektrisch)	Lengte [mm]	• 290 – 460			• +83°... -7°
	Hoek	• +80° ... 0°			
	Max. Gewicht [kg]	• 4,2			

Gewicht	Recaro, Modulite
Leeggewicht ⁸	<ul style="list-style-type: none"> • gemiddeld 173 kg
<p>⁸ Het werkelijke leeggewicht hangt af van de opties waarmee de elektrische rolstoel is uitgerust. Alle elektrische rolstoelen van Invacare worden gewogen bij het verlaten van de fabriek. Raadpleeg het naamplaatje voor het gemeten leeggewicht (inclusief accu's).</p>	

Gewicht van onderdelen	
Accu	<ul style="list-style-type: none"> • circa 24,5 kg per accu

Laadvermogen	Recaro, Modulite
Max. Laadvermogen	<ul style="list-style-type: none"> • 150 kg

Asbelasting	
Max. asbelasting voorkant	<ul style="list-style-type: none"> • 200 kg
Max. asbelasting achterkant	<ul style="list-style-type: none"> • 300 kg

12 Service

12.1 Uitgevoerde controles

Met een stempel en een handtekening wordt bevestigd dat alle taken in het inspectieschema uit de onderhouds- en reparatie-instructies goed zijn uitgevoerd. De lijst met de uit te voeren controletaken is te vinden in de servicehandleiding die verkrijgbaar is via Invacare.

Inspectie bij levering	1e jaarlijkse inspectie
Stempel van erkende leverancier / datum / handtekening	Stempel van erkende leverancier / datum / handtekening
2e jaarlijkse inspectie	3e jaarlijkse inspectie
Stempel van erkende leverancier / datum / handtekening	Stempel van erkende leverancier / datum / handtekening

4e jaarlijkse inspectie	5e jaarlijkse inspectie
Stempel van erkende leverancier / datum / handtekening	Stempel van erkende leverancier / datum / handtekening



Belgium & Luxemburg:

Invacare nv
Autobaan 22
B-8210 Loppem
Tel: (32) (0)50 83 10 10
Fax: (32) (0)50 83 10 11
marketingbelgium@invacare.com
www.invacare.be

Nederland:

Invacare BV
Galvanistraat 14-3
NL-6716 AE Ede
Tel: (31) (0)318 695 757
nederland@invacare.com
www.invacare.nl



Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
D-88316 Isny
Germany



Invacare UK Operations Limited
Unit 4, Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK

1529700-AD

2026-04-17



Yes, you can.®